



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305
телефон: (011) 202-44-00, телефакс: (011) 21-81-668

Број: 393-1/0-01-831/1

Датум: 23. фебруар 2022. године

На основу члана 48. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18), в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале издаје

ИНСТРУКЦИЈУ

о начину оверавања аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима

1. Овом инструкцијом ближе се одређује начин оверавања аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима, а у вези са тачком 5. Прилога 3 - Оверавање мерила, Правилника о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима („Службени гласник РС“, број 114/13), којом је прописан поступак испитивања мерила.

2. Аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима која имају мерни опсег до 4000 mm испитиваће се у делу мерног опсега до максималне висине резервоара у који је мерило уграђено.

3. Аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима овераваће се на начин који је описан у тачки 2. ове инструкције најдуже до 1. јануара 2024. године.

4. Овом инструкцијом ставља се ван снаге Иструкција број: 393-1/0-01-831/1 од 21. фебруара 2021. године, због техничке грешке у датуму издавања те инструкције.

5. Ова инструкција ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.

Доставити:

- Одсецима и групама за метролошку инспекцију
- Групи за дужину, оптичке величине и акустику
- ⊙ Одсеку за послове људских ресурса и правне послове
- Групи за сертификацију
- Овлашћеним телима за послове оверавања аутоматских мерила нивоа течности у непокретним резервоарима
- Архиви

В. Д. ДИРЕКТОРА
Чедомир Белић