



## КАТАЛОГ УСЛУГА

---



Република Србија  
Министарство привреде  
Дирекција за мере и драгоцене метале

[www.dmdm.gov.rs](http://www.dmdm.gov.rs)

---

# САДРЖАЈ

<b>I</b>	<b>ЕТАЛОНИРАЊЕ .....</b>	<b>3</b>
	1. МАСА.....	3
	2. ПРИТИСАК .....	3
	3. ДУЖИНА И УГАО .....	4
	4. АКУСТИКА .....	5
	5. ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА .....	6
	6. ЗАПРЕМИНА И ПРОТОК .....	8
	7. ТЕМПЕРАТУРА .....	9
	8. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ .....	11
	9. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН .....	12
	10. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ .....	13
	11. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА .....	13
	12. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН .....	14
	13. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА .....	14
	14. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА .....	15
	15. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .....	16
	16. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	17
	17. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО .....	17
	18. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ.....	17
	19. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ.....	18
	20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА.....	18
	21. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ.....	19
	22. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ.....	19
	23. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ.....	19
	24. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ .....	20
	25. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ .....	20
	26. ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ.....	21
	27. МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ.....	22
	28. ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА .....	23
	29. СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ .....	24
<b>II</b>	<b>ИСПИТИВАЊЕ.....</b>	<b>25</b>
	1. МАСА.....	25
	2. ПРИТИСАК .....	26
	3. СИЛА.....	26
	4. ДУЖИНА И УГАО .....	26
	5. АКУСТИКА .....	26
	6. ТЕМПЕРАТУРА .....	26
	7. ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА.....	26
	8. АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	27
	9. РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	27
	10. ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ.....	27
	11. МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ.....	27
	12. ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ .....	27
	13. ОПТИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ .....	28
<b>III</b>	<b>ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА .....</b>	<b>28</b>
<b>IV</b>	<b>ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА.....</b>	<b>28</b>

<b>V</b>	<b>СЕРТИФИКАЦИЈА МЕРИЛА.....</b>	<b>29</b>
<b>VI</b>	<b>КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА.....</b>	<b>30</b>
<b>VII</b>	<b>СТРУЧНА МИШЉЕЊА .....</b>	<b>31</b>
<b>VIII</b>	<b>ОВЛАШЋИВАЊЕ .....</b>	<b>31</b>

# I ЕТАЛОНИРАЊЕ

## 1. МАСА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
1/1	Маса	Тегови	1 mg до 100 mg	1,3 $\mu$ g до 2 $\mu$ g	СМС
1/2	Маса	Тегови	0,1 g до 1 g	2 $\mu$ g до 4 $\mu$ g	СМС
1/3	Маса	Тегови	1 g до 10 g	4 $\mu$ g до 8 $\mu$ g	СМС
1/4	Маса	Тегови	10 g до 100 g	8 $\mu$ g до 22 $\mu$ g	СМС
1/5	Маса	Тегови	100 g до 1 kg	1,3 $\mu$ g до 220 $\mu$ g	СМС
1/6	Маса	Тегови	1 kg до 10 kg	0,22 mg до 2,2 mg	СМС
1/7	Маса	Тегови	10 kg до 20 kg	2,2 mg до 10 mg	СМС
1/8	Маса	Тегови	20 kg до 50 kg	10 mg до 80 mg	СМС
1/9	Маса	Тегови	50 kg до 100 kg	80 mg до 500 mg	СМС
1/10	Маса	Тегови	100 kg до 500 kg	0,5 g до 8 g	СМС

## 2. ПРИТИСАК

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
2/1	Притисак	Манометри, вакууметри, мановакууметри и претварачи	- 0,95 bar до 0 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 1 \times 10^{-5} \text{ bar}$	АТС/*СМС
			0 bar до 1 bar	$1,5 \times 10^{-4} \times p_e + 3 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			1 bar до 35 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 30 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			0,2 bar до 40 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	

		притиска	40 bar до 1000 bar*	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	
2/2	Притисак	Уређаји са клипом и теговима	-0,95 bar до 0 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 1 \times 10^{-5} \text{ bar}$	ATS/*СМС
			0 bar до 1 bar	$1,5 \times 10^{-4} \times p_e + 3 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			1 bar до 35 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e + 30 \times 10^{-5} \text{ bar}$	
			-1 bar до 35 bar	$1 \times 10^{-4} p \text{ (гас)}$	
			0,2 bar до 40 bar	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	
			40 bar до 1000 bar*	$1 \times 10^{-4} \times p_e$	

### 3. ДУЖИНА И УГАО

Број услуге	Област/Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
3/1	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина vs. примарни ласер	633 nm	0,04 fm	СМС
3/2	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: оптичка фреквенција vs. примарни ласер	474 THz	24 kHz	СМС
3/3	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина vs. примарни ласер	633 nm	1E-09	СМС
3/4	Дужина	Граничне мере: интерферометријска метода	до 100 mm	Q[20; 0,2L] nm L у mm	СМС/АТС
3/5	Дужина	Граничне мере: метода поређења	до 100 mm	Q[50; 0,5L] nm L in mm	СМС
3/6	Дужина	Мере са цртама	до 3000 mm	Q[202; 0,38L] nm L у mm	-
3/7	Угао	Оптички полигони		0,2"	СМС
3/8	Угао	Подеони столови		0,2"	СМС
3/9	Угао	Аутоколиматори		0,2"	СМС
3/10	Угао	Граничне мере угла		0,2"	СМС
3/11	Храпавост	Еталон храпавости: Тип А Параметар: $d$	(0,01 до 50) $\mu\text{m}$	Q[15; 15d] nm d у $\mu\text{m}$	СМС
3/12	Храпавост	Еталон храпавости: Тип С Параметри: $Ra, Rq$	(0,01 до 15) $\mu\text{m}$	Q[10; 30Ra] nm Ra у $\mu\text{m}$	СМС
3/12	Храпавост	Еталон храпавости: Тип С Параметри: $Rz, Rt, Rp, Rv$	(0,04 до 30) $\mu\text{m}$	Q[20; 40Rz] nm Rz у $\mu\text{m}$	СМС

3/12	Храпавост	Еталон храпавости: Тип С Параметар: $RSm$	(10 до 500) $\mu m$	0,5 $\mu m$	СМС
3/13	Храпавост	Еталон храпавости: Тип D Параметри: $Ra, Rq$	(0,01 до 10) $\mu m$	$Q[10; 40Ra]$ nm $Ra$ у $\mu m$	СМС
3/13	Храпавост	Еталон храпавости: Тип D Параметри: $Rz, Rt, Rp, Rv$	(0,04 до 30) $\mu m$	$Q[20; 50Rz]$ nm $Rz$ у $\mu m$	СМС
3/21	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина vs. комб генератор	633 nm	1E-11	СМС
3/21	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: оптичка фреквенција vs. комб генератор	474 THz	1E-11	СМС
3/22	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина vs. комб генератор	543 nm	1E-11	СМС
3/22	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: оптичка фреквенција vs. комб генератор	551 THz	1E-11	СМС
3/23	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина vs. комб генератор	532 nm	1E-11	СМС
3/23	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: оптичка фреквенција vs. комб генератор	563 THz	1E-11	СМС
3/24	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: вакуумска таласна дужина vs. комб генератор	(530 до 800) nm	1E-11	СМС
3/24	Ласерско зрачење	Стабилисани ласери: оптичка фреквенција vs. комб генератор	(375 до 566) THz	1E-11	СМС

#### 4. АКУСТИКА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонира ња	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
4/1	Звук у ваздуху	Лабораториј ски еталон микрофони LS1P (IEC61094 -1)	31,5 Hz до 12,5 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	(0,08 до 0,13)dB	Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2	СМС

4/2	Звук у ваздуху	Лабораторијски еталон микрофони LS2aP (IEC61094-1)	31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	(0,085 до 0,21)dB	Примарна (реципрочна) метода IEC61094-2	СМС
4/3	Звук у ваздуху	Радни еталон микрофони WS2P, WS2F, WS2D (IEC61094-4)	250 Hz ; 1000 Hz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	0,1 dB	Метода поређења IEC61094-5	-
4/4	Звук у ваздуху	Радни еталон микрофони WS1P, WS2P, WS1F, WS2F, WS1D, WS2D (IEC61094-4)	31,5 Hz до 25 kHz Ниво осетљивости dB (re 1V/Pa)	(0,12 до 0,4)dB	Електростатички актуатор фреквенцијски одзив IEC61094-6	-
4/5	Звук у ваздуху	Акустички калибратори	1000 Hz Ниво звучног притиска 94/124dB (re20μPa)	(0,09 до 0,2)dB	Метода поређења IEC 60942	-
4/6	Звук у ваздуху	Мерила нивоа звука	63 Hz до 16 kHz Ниво звучног притиска (re20μPa)	(0,11 до 0,4)dB	IEC61672или IEC651, IEC804	-

## 5. ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈА И БРЗИНА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
5/1	Разлика временских скала	Локални сат vs. UTC (DMDM)	-1 s ÷ +1 s	9 ns	СМС
5/2	Разлика временских скала	Локални сат vs. UTC предвиђено	-1 s ÷ +1 s	47 ns	СМС
5/3	Разлика временских скала	Локални сат vs. UTC пост-процесирано	-1 s ÷ +1 s	20 ns	СМС

5/4	Разлика временских скала	Локални (радио-синхронизовани) сат vs. UTC(DMDDM)	$0 \text{ s} \div \pm 30 \text{ s}$	0,5 s	-
5/5	Фреквенција	Локални еталон фреквенције	5 MHz; 10 MHz	1E-13 Hz/Hz	СМС
5/6	Фреквенција	Извор фреквенције (импулсни сигнал)	1 Hz $\div$ 3 GHz	1E-12 Hz/Hz	СМС
5/7	Фреквенција	Извор фреквенције (синусни сигнал)	1 Hz $\div$ 3 GHz	$Q[1\text{E-}12, 2.6\text{E-}07/f]$ <i>f</i> изражено у Hz	СМС
5/8	Временски интервал	Извор периода	3,3 ns $\div$ 10 s	0,6 ns	СМС
5/9	Временски интервал	Извор времена успона/пада	0,7 ns $\div$ 1 s	0,6 ns	СМС
5/10	Временски интервал	Извор ширине импулса	1,6 ns $\div$ 10 s	0,6 ns	СМС
5/11	Временски интервал	Извор временске разлике	1 ns $\div$ 10 s	0,6 ns	СМС
5/12	Временски интервал	Извор кашњења	1 ns $\div$ 1 s	0,2 ns	СМС
5/13	Временски интервал	Уређаји за мерење временског интервала	1 s $\div$ 86400 s	0,3 s	-
5/14	Фреквенција	Локални еталон фреквенције (стабилност фреквенције)	1 MHz $\div$ 20 MHz Релативно одступање фреквенције <1E-11 Hz/Hz	2E-13 Hz/Hz	-
5/15	Мерење брзине	Уређаји за мерење брзине	(0,1 $\square$ 250) km/h	метода поређења: $\leq 0,05 \text{ km/h}$	-
5/16	Мерење брзине	Уређаји за мерење брзине	(30 $\square$ 250) km/h	метода поређења: $\leq 0,20 \text{ km/h}$	-



## 6. ЗАПРЕМИНА И ПРОТОК

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурнос т, ( $k=2$ )	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
6/1	Запремина течности	Пикнометри	(1 ÷ 100) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС
6/2	Запремина течности	Пипете са једном мерном цртом	(1 ÷ 200) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС
6/3	Запремина течности	Градуисане мерне пипете	(1 ÷ 50) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС
6/4	Запремина течности	Тиквице	(1 ÷ 10 000) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС
6/5	Запремина течности	Бирете	(1 ÷ 100) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС
6/6	Запремина течности	Градуисани мерни цилиндри	(5 ÷ 2 000) mL	0,015 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС
6/7	Запремина течности	Мерне посуде	(5 ÷ 500) L	0,02 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С или 15 °С	СМС
6/8	Запремина течности	Мерне посуде	(5 ÷ 5 000) L	0,03 %	Волуметријска метода, течност вода, 20 °С или 15 °С	СМС
6/9	Запремина течности	Еталон преливне пипете	(1 ÷ 500) L	0,02 %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °С	СМС

6/10	Запремина течности	Еталон мерне посуде	(1 ÷ 20) L	0,03 %	Волуметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/11	Запремина течности	Микропипете или пипете са клипом	(10 ÷ 20 000) $\mu$ L	(0,6 ÷ 0,2) %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/12	Запремина течности	Бирете са клипом	(0,1 ÷ 100) mL	(0,1 ÷ 0,02) %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/13	Запремина течности	Диспензери	(0,01 ÷ 200) mL	(0,1 ÷ 0,02) %	Гравиметријска метода, течност вода, 20 °C	СМС
6/14	Проток течности	Ротаметри за мерење протока воде	(0,003 ÷ 150) $m^3/h$	4 %	Метода динамичког мерења запремина и протеклог времена	АТС
6/15	Проток гаса	Гасомери са турбином са ротирајућим клиповима	(0,6 ÷ 10 000) $m^3/h$	0,5 % за (0,6 ÷ 4) $m^3/h$ ; 0,35 % за (4,5 ÷ 10000) $m^3/h$	Метода коришћења мастер мерила	СМС
6/16	Проток гаса	Еталон гасомери са течношћу	(0,016 ÷ 25) $m^3/h$	0,2 %	Метода директног поређења са критичним млазницама	-

## 7. ТЕМПЕРАТУРА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у базиподатака ВІРМ(СМС) или акредитација (АТС)
		Телије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке воде	0,01 °C	0,55 mK		СМС

7/1	Температура - уређаји за реализацију ITS-90	Ћелије за реализацију фиксне тачке - тројне тачке живе	-38,8344 °C	0,8 mK	Директно поређење	СМС
		Ћелије за реализацију фиксне тачке - тачке топљења галијума	29,7646 °C	0,8 mK		СМС
		Еталонски платински отпорни термометри са дугим стаблом и високотемпературни отпорни термометри са дугим стаблом	-38,8344 °C	1 mK	Метода фиксних тачака	СМС
			0,01 °C	0,6 mK		СМС
			29,7646 °C	1 mK		СМС
			156,5985 °C	2,4 mK		СМС
			231,928 °C	2,2 mK		СМС
			419,527 °C	3 mK		СМС
			660,323 °C	5 mK		-
			981,78 °C	7 mK		-
7/2	Температура – уређаји за преношење ITS-90	Отпорни термометри	-196 °C	16 mK	Метода поређења/ течни азот	СМС
			-80 °C ÷ -20 °C	10 mK	Метода поређења/ халокарбон	СМС
			-40 °C ÷ 20 °C	9 mK	Метода поређења/ алкохол	СМС
			20 °C ÷ 90 °C	8 mK	Метода поређења/ уље	СМС
			90 °C ÷ 250 °C	12 mK		СМС
			200 °C ÷ 420 °C	16 mK ÷ 37 mK	Метода поређења/ соли	СМС
			420 °C ÷ 660 °C	37 mK ÷ 50 mK	Метода поређења	-
7/3	Термопарови од чистих метала	156,5985 °C	200 mK	Метода фиксних тачака	СМС	
		231,928 °C	200 mK		СМС	
		419,527 °C	80 mK		СМС	
			660,323 °C	70 mK		СМС
			981,78 °C	80 mK		СМС
			1084,62 °C	100 mK		СМС
		Термопарови од племенитих метала	419,527 °C	0,20 °C		СМС
			660,323 °C	0,25 °C		СМС
			981,78 °C	0,35 °C		СМС
			1084,62 °C	0,40 °C		СМС

7/4	Температура – уређаји за преношење ITS-90	Термопарови од племенитих метала	100 °C ÷ 300 °C	0,37 °C	Метода поређења	СМС
			300 °C ÷ 600 °C	0,37 °C ÷ 0,51 °C		СМС
			600 °C ÷ 1000 °C	0,51 °C ÷ 1 °C		СМС
7/5		Термопарови од легура метала	100 °C ÷ 300 °C	0,51 °C	Метода поређења	СМС
			300 °C ÷ 600 °C	0,51 °C ÷ 0,87 °C		СМС
			600 °C ÷ 1000 °C	0,87 °C ÷ 1 °C		СМС
7/6		Стаклени термометри пуњени течномшћу	-80 °C ÷ -20 °C	20 mK	Метода поређења	СМС
			-40 °C ÷ 20 °C	16 mK		СМС
	20 °C ÷ 90 °C		13 mK	СМС		
	90 °C ÷ 250 °C		18 mK	СМС		
7/7	Дигитални термометри	-196 °C	16 mK	Метода поређења	СМС	
		-80 ÷ 420 °C	10 mK ÷ 40 mK		СМС	
		420 °C ÷ 1000 °C	0,4 °C ÷ 1 °C		-	
7/8	Други сервиси 1.Компензациони водови 2.Индикатори температуре за отпорне и термопарске сензоре, 3.Калибратори температуре	15 °C ÷ 30 °C	50mK	Метод поређења Директно мерење Директно мерење	-	
		-200 °C ÷ 1500 °C	0,01 °C			
		-200 °C ÷ 660 °C	0,5 °C			

## 8. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
8/1	Релативна влажност	Уређаји за мерење тачке росе	dp: -40 °C ÷ 30 °C у ваздуху	0,2 °C	-

8/2		Уређаји за мерење релативне влажности	RH : 13% ÷ 95% -10 °C ÷ 10 °C	(0,5-2) % rh	-
			RH : 11% ÷ 95% 10 °C ÷ 20 °C	(0,5-1,6) % rh	СМС
			RH : 10% ÷ 95% 20 °C ÷ 25 °C	(0,5-1,4) % rh	СМС
			RH : 10% ÷ 95% 25 °C ÷ 40 °C	(0,8-1,9) % rh	СМС
			RH : 10% ÷ 95% 40 °C ÷ 70 °C	(1-2,5) % rh	-

## 9. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН

Број услуге	Област/ Подобласт мерања и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерања и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
9/1	Једносмерни електрични напон	Електронски еталони једносмерног електричног напона, еталон ћелије	1,018 V 1V 10V	0,45 μV/V ÷ 1 μV/V	СМС
9/2		Калибратори једносмерног електричног напона (вишефункцијски калибратор)	0,01 V ÷ 1000 V	1,2 μV/V ÷ 38 μV/V	СМС
9/3		Волтметри једносмерног електричног напона (мултиметри)	0,01 V ÷ 1000 V	1,2 μV/V ÷ 38 μV/V	СМС
9/4		Електронски еталони једносмерног електричног напона	1,018 V 1V 10V	0,12μV/V 0,12μV/V 0,04μV/V	СМС
9/5		Једносмерни електрични напон (линеарност)	Волтметри једносмерног електричног напона (мултиметри)	0 mV ÷ 100 mV 0,1 V ÷ 1V 1 V ÷ 10V	0,2μV 0,3μV 0,8μV

## 10. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
10/1	Електрична отпорност	Еталон отпорници	100 $\mu\Omega$ ÷ 1 G $\Omega$	0,2 $\mu\Omega/\Omega$ ÷ 5000 $\mu\Omega/\Omega$	СМС
10/2		Декаде електричне отпорности	100 $\mu\Omega$ ÷ 1 G $\Omega$	0,2 $\mu\Omega/\Omega$ ÷ 5000 $\mu\Omega/\Omega$	СМС
10/3		Калибратори електричне отпорности (вишефункцијски калибратори)	1 $\Omega$ ÷ 1 G $\Omega$	3,76 · 10 <sup>-5</sup> $\Omega$ ÷ 2,9·10 <sup>6</sup> $\Omega$	СМС
10/4		Мостови за мерење електричне отпорности	0,1 m $\Omega$ ÷ 1 G $\Omega$	0,2 $\mu\Omega/\Omega$ ÷ 5000 $\mu\Omega/\Omega$	СМС
10/5		Омметри (мултиметри)	0,1 m $\Omega$ ÷ 1 G $\Omega$	0,2 $\mu\Omega/\Omega$ ÷ 5000 $\mu\Omega/\Omega$	СМС

## 11. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
11/1	Једносмерна електрична струја	Генератори једносмерне електричне струје	0,1 mA ÷ 30 A	1,3 nA ÷ 6 mA	СМС
11/2		Калибратори једносмерне електричне струје (вишефункцијски калибратори)	0,1 mA ÷ 30 A	1,3 nA ÷ 6 mA	СМС
11/3		Амперметри једносмерне електричне струје (мултиметри)	0,1 mA ÷ 30 A	1,3 nA ÷ 6 mA	СМС

## 12. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОН

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
12/1	Наизменични електрични напон	АС/DC трансфер еталони, термички конвертори	10 mV ÷ 500 mV 10 Hz ÷ 1 MHz	17 µV/V ÷ 240 µV/V	СМС
12/2			0,5 V ÷ 5 V 10 Hz ÷ 1 MHz	10 µV/V ÷ 56 µV/V	СМС
			5 V ÷ 1000 V 10 Hz ÷ 1 MHz	13 µV/V ÷ 73 µV/V	СМС
			1 V, 10 MHz	70 µV/V	-
			1 V, 30 MHz	500 µV/V	
			2 V, 10 MHz	50 µV/V	
			2 V, 30 MHz	400 µV/V	
			3 V, 10 MHz	300 µV/V	
			3 V, 30 MHz	1500 µV/V	
			10 V, 10 MHz	300 µV/V	
			10 V, 30 MHz	2000 µV/V	
			20 V, 10 MHz	600 µV/V	
			20 V, 30 MHz	2000 µV/V	
			12/3	Калибратори наизменичног електричног напона (вишефункцијск и калибратори)	10 mV ÷ 1000V 10 Hz ÷ 200kHz (200 kHz до 60 V)
10 mV ÷ 20 V 200 kHz ÷ 1 MHz	0,23 mV/V ÷ 3,9 mV/V	СМС			
12/4	Волтметри наизменичног електричног напона (мултиметри)	10 mV ÷ 1000V 10 Hz ÷ 200kHz (200 kHz до 60 V)	0,03 mV/V ÷ 1,4 mV/V	СМС	
		10 mV ÷ 20 V 200 kHz ÷ 1 MHz	0,23 mV/V ÷ 3,9 mV/V	СМС	

## 13. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
-------------	---	------------------------	-------------	----------------------------	---

13/1	Наизменична електрична струја	Генератори наизменичне електричне струје	1 mA ÷ 10 A 10 Hz ÷ 10 kHz	0,00042 mA ÷ 12 mA	СМС
13/2		Калибратори наизменичне електричне струје (вишефункцијски калибратори)	1 mA ÷ 10 A 10 Hz ÷ 10 kHz	0,00042 mA ÷ 12 mA	СМС
13/3		Амперметри наизменичне електричне струје (мултиметри)	0,22 mA ÷ 2,2 A 45 Hz ÷ 5 kHz	0,21 mA/A ÷ 0,58 mA/A	СМС
			0,05 A ÷ 100 A 50 Hz ÷ 60 Hz	0,08 mA/A ÷ 0,11 mA/A	СМС
13/4		Струјни претварачи	0,22 mA ÷ 2,2 A 45 Hz ÷ 5 kHz	0,21 mA/A ÷ 0,58 mA/A	СМС
	0,05 A ÷ 100 A 50 Hz ÷ 60 Hz		0,08 mA/A ÷ 0,11 mA/A	СМС	

## 14. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/НАИЗМЕНИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА СНАГА

Број услуге	Област/Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
14/1	Активна наизменична електрична снага	Мерила активне електричне снаге, једнофазна	0 W ÷ 1200W (12 V ÷ 240V, 0,05 A ÷ 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	66 µW/VA ÷ 80 µW/VA	СМС
			0 W ÷ 48000 W (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz to 60 Hz)	116 µW/VA ÷ 129 µW/VA	СМС
14/2		Конвертори активне електричне снаге	0 W ÷ 1200W (12 V ÷ 240V, 0,05 A to 5A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	66 µW/VA ÷ 80 µW/VA	СМС
			0 W ÷ 48000W (30 V ÷ 240V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 µW/VA ÷ 129 µW/VA	СМС



14/3		Ватметри	0 W ÷ 1200 W (12 V ÷ 240 V, 0,05 A to 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	66 $\mu$ W/VA ÷ 80 $\mu$ W/VA	СМС
			0 W ÷ 48000 W (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 $\mu$ W/VA ÷ 129 $\mu$ W/VA	СМС
14/4	Реактивна наизменична електрична снага	Мерила електричне снаге, једнофазна	0 ÷ 48000 var (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 $\mu$ var/VA ÷ 129 $\mu$ var/VA	СМС
14/5		Конвертори електричне снаге	0 ÷ 48000 var (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz)	116 $\mu$ var/VA ÷ 129 $\mu$ var/VA	СМС
14/6	Привидна наизменична електрична снага	Мерила електричне снаге, једнофазна	6 VA ÷ 1200 VA (12 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 5 A, 1 ÷ 0 i/c, 45 Hz ÷ 65 Hz)	43 $\mu$ VA/VA ÷ 62 $\mu$ VA/VA	СМС

## 15. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Могућности мерења и еталонирања у базиподатакаВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
15/1	Активна електрична енергија	Једнофазна еталон бројила активне електричне енергије	0,4 Ws ÷ 4800000 Ws (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 $\mu$ Wh/VAh ÷ 129 $\mu$ Wh/VAh	СМС
15/2		Трофазна еталон бројила активне електричне енергије	0,4 Ws ÷ 4800000 Ws (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 $\mu$ Wh/VAh ÷ 129 $\mu$ Wh/VAh	СМС

## 16. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
16/1	Реактивна електрична енергија	Једнофазна еталон бројила реактивне електричне енергије	0,4 vars ÷ 4800000 vars (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 $\mu$ varh/VAh ÷ 129 $\mu$ varh/VAh	СМС
16/2		Трофазна еталон бројила реактивне електричне енергије	0,4 vars ÷ 4800000 vars (30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s)	116 $\mu$ varh/VAh ÷ 129 $\mu$ varh/VAh	СМС

## 17. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ФАЗНИ УГАО

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
17/1	Фазни угао	Извори фазног угла	0° ÷ 360° (10 mV ÷ 350V, 50 Hz ÷ 100kHz)	0,04° ÷ 1,68°	СМС
17/2		Мерила фазног угла	0° ÷ 360° (1 Hz ÷ 100 kHz, 10 mV ÷ 350 V)	0,04° ÷ 1,68°	СМС

## 18. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)

18/1	Таласни облици електричног напона и електричне струје/ Хармоници у електричној струји	Анализатори хармоника	0,016 A ÷ 10 A	0,4 mA/A ÷ 2,9 mA/A (основног хармоника)	СМС
------	--	--------------------------	----------------	---	-----

### 19. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ТАЛАСНИ ОБЛИЦИ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
19/1	Таласни облици електричног напона и струје/ Флукуације напона на фреквенцији мреже	Фликерметри	0,5 ÷ 10	0,05	СМС

### 20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР АМПЛИТУДНА ГРЕШКА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или кредитација (АТС)
20/1	Високи наизменични електрични напон амплитудна грешка напонског трансформа- тора	Напонски мерни трансформатори	0 % ÷ 2 % (Примарни напон 100/√3 V ÷ 120/√3 kV Секундарни напон 100/√3 V, 110/√3V, 100 V, 110 V, 120 V Фреквенција 50 Hz)	0,01 % ÷ 0,02 %	СМС

## 21. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВИСОКИ НАИЗМЕНИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ НАПОНИ/НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
21/1	Високи наизменични електрични напон/фазни померај напонског трансформатора	Напонски мерни трансформатори	0 mrad ÷ 30 rad (Примарни напон 100/√3 V ÷ 120/√3 kV Секундарни напон 100/√3 V, 110/√3V, 100 V, 110 V, 120V Фреквенција 50Hz)	0,10 mrad ÷ 0,15 mrad	СМС

## 22. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/ОДНОС ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
22/1	Велике наизменичне велике струје/грешка односа трансформације струјних мерних трансформатора	Струјни мерни трансформатори	0 % ÷ 2 % (Примарна струја 1 A ÷ 3000 A Секундарна струја 1A, 5A Фреквенција 50Hz)	0,004 % ÷ 0,015 %	СМС

## 23. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ВЕЛИКЕ НАИЗМЕНИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ/СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОР ФАЗНИ ПОМЕРАЈ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
-------------	---	---------------------	-------------	-----------------------------	---

23/1	Велике наизменичне електричне струје/фазни померај струјног трансформатора	Струјни мерни трансформатори	0 mrad ÷ 30 mrad (Примарна струја 1 A ÷ 3000 A секундарна струја 1A, 5A Фреквенција 50Hz)	0,03 mrad ÷ 0,13 mrad	СМС
------	---	---------------------------------	---	--------------------------	-----

## 24. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
24/1	Импеданса/ Електрична капацитивност	Фиксни кондензатори	0,01 nF ÷ 10000 nF (Фреквенција 20 Hz до 2 MHz)	0,59 mF/F ÷ 8,07 mF/F	СМС
24/2		Мерила електричне капацитивности , LCR метри, Мостови за мерење електричне капацитивности	1 pF ÷ 1000 pF (Фреквенција 100 Hz ÷ 1 MHz)	0,005 mF/F ÷ 0,26 mF/F	СМС

## 25. ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
25/1	Импеданса/ Електрична индуктивност	Мостови за мерење електричне индуктивности, LCR метри	0,1 mH ÷ 10000 mH (Фреквенција 100 Hz, 1 kHz)	0,2 mH/H ÷ 0,5 mH/H	СМС

## 26. ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Напомена	Мogućности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ(СМС) или акредитација (АТС)
26/1	Густина/ Густина течности	Ареометри/ стаклена мерила константне масе	$600 \text{ kg/m}^3$ $\div$ $1100 \text{ kg/m}^3$	$(0,060 \div$ $0,080) \text{ kg/m}^3$	Метода директног поређења	-
26/2			$1100 \text{ kg/m}^3 \div$ $1840 \text{ kg/m}^3$	$0,080 \text{ kg/m}^3$	Метода директног поређења	-
26/3		Ареометри специјалне намене/лактодензи- метри, уринометри, широмери	$600 \text{ kg/m}^3$ $\div$ $2000 \text{ kg/m}^3$	$(0,060 \div 0,070)$ $\text{kg/m}^3$	Кукова метода (хидростати чком вагом)	СМС
26/4		Лабораторијски дензитометри	$600 \text{ kg/m}^3 \div$ $1840 \text{ kg/m}^3$	$0,080 \text{ kg/m}^3$	Метода поређења	-
26/5		Ручни дензитометри	$600 \text{ kg/m}^3 \div$ $1840 \text{ kg/m}^3$	$0,080 \text{ kg/m}^3$	Метода поређења	-
26/6		Хидростатичка вага за лабораторијску употребу	$600 \text{ kg/m}^3 \div$ $1840 \text{ kg/m}^3$	$0,080 \text{ kg/m}^3$	Метода поређења	-
26/7	Индекс рефракције	Ручни и Abbe рефрактометри	$(1,333 \div$ $1,532) n_D$	$0,00010 n_D$	Метода директног поређења	-
26/8		Аутоматски рефрактометри за лабораторијску употребу	$(1,333 \div$ $1,532) n_D$	$0,00010 n_D$	Метода директног поређења	-

## 27. МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталони-рања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност ( $k=2$ )	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВРМ(СМС) или акредитација (АТС)
27/1	Органски раствори / Концентрација шећера	Ареометри специјалне намене/сахариметри	0 % ÷ 60 % (% Вх)	0,40 %	Метода поређења	-
27/2	Органски раствори / концентрација шећера	Ручни и Abbe рефрактометри	0 % Вх ÷ 95 % Вх	<b>a</b>	Метода директног поређења	-
27/3		Аутоматски рефрактометри за лабораторијску употребу	0 % Вх ÷ 95 % Вх	0,10 % Вх	Метода директног поређења	-
27/4	Органски раствори Концентрација алкохола	Мерила од стакла/алкохолometri	0 % ÷ 100 %	0,021 %	Метода поређења	-
27/5	Органски раствори Концентрација етанола	Раствори етанола у води	0,1 mg/g ÷ 8 mg/g	1,4 % (релативно)	Гасна хроматографија са пламенојонизујућом детекцијом (HSGC-FID)	-
27/6	Гасови / Концентрација озона	Анализатори приземног озона / фотометри за мерење амбијенталних концентрација озона, са претходним подешавањем (калибрацијом) или без њега	0 nmol/mol ÷ 1000 nmol/mol	$Q [a, b] = [a^2 + b^2]^{1/2}$ Q [1.1; 0.022x(O3)] nmol/mol	Метода директног поређења	СМС
27/7		Озон генератори				

## 28. ФОТОМЕТРИЈА И РАДИОМЕТРИЈА

Број услуге	Област/ Подобласт мерења и еталонирања	Предмет еталонирања	Мерни опсег	Мерна несигурност (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВІРМ (СМС) или акредитација (АТС)
28/1	Светлосна јачина	Фотометријске сијалице за светлосну јачину	(1 до 10000) cd	2 %		СМС
28/2	Температура расподеле	Инкадесцентне сијалице за температуру расподеле	(2000 до 3000) К	30 К		СМС
28/3	Корелациона температура боје	Извори светлости	(1500 до 3200) К	60 К		СМС
28/4	Осветљеност	Фотометријске сијалице, луксметри, фотометри	(0,05 до 5000)lx	3 %		СМС
28/5	Усмерена спектрална пропустљивост	Филтери и раствори усмерене пропустљивости	(0,001 до 0,1) (401 до 1000) nm	(0,6 до 2) %		СМС
28/6	Усмерена спектрална пропустљивост	Филтери и раствори усмерене пропустљивости	(0,1 до 1) (401 до 1000) nm	0,3%		СМС
28/7	Светлосни флуks	Фотометријске сијалице за светлосни флуks	(400 до 10000) lm	3 %		СМС
28/8	Сјај/ луминанција	Еталони луминанције	(0,01 до 5000) cd/m <sup>2</sup>	2,5 %		СМС
		Луминансметри, фотометри	A/( cd/m <sup>2</sup> )	3 %		СМС
28/9	Усмерена спектрална пропустљивост апсорбанца	Филтери и раствори усмерене пропустљивости	(0,1 до 1) (250 до 359) nm	1 %		СМС
			(0,1 до 1) 400 nm	0,6 %		
		Спектрофотометри, биохемијски анализатори (фотометри, колориметри), ELISA читачи	(0.001 до 1) (200 до 1000) nm	(0,5 до 2) %		СМС
28/10	Усмерена спектрална рефлективност	Рефлектометри, рефлексциони спектрофотометри	(280 до 1000) nm	0,5%	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-



28/11	Хроматске координате	Пропустљиви филтери боје, Колориметри	$x = (0,1 \div 0,7)$ $y = (0,05 \div 0,7)$	$x = (0,01 \text{ до } 0,02)$ $y = 0,01 \text{ до } 0,03)$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
28/12	Таласна дужина	Спектрално селективни материјали (филтери)	(280 до 1000) nm	$\pm 0,3 \text{ nm}$	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-
28/13	Спектрална осетљивост детектора, Спектрална снага зрачења	Детектори оптичког зрачења, Радиометри	(280 до 1000) nm	(1 до 3) %	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025	-

## 29. СЕРТИФИКОВАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ

### ОРГАНСКИ РАСТВОРИ

СРМ ОЗНАКА	Опис СРМ	Сертификована вредност	Мерна несигурност (k=2)	Напомена	Могућности мерења и еталонирања у бази података ВРМ (СМС) или акредитација (АТС)
DMDM-E01	Раствор етанола у води, у боцама запремине 1 L	Масена концентрација раствора 0 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0 mg/L)	0,0001 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E02		Масена концентрација раствора 0,2573 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,10 mg/L)	0,0007 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E03		Масена концентрација раствора 0,6432 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,25 mg/L)	0,0014 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-
DMDM-E04		Масена концентрација раствора 1,0292 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,40 mg/L)	0,0025 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025 и ISO Guide 34	-

DMDM-E05	Масена концентрација раствора 1,8011 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,70 mg/L)	0,0043 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025и ISOGuide34	-
DMDM-E06	Масена концентрација раствора 2,4443 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,95 mg/L)	0,0059 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025и ISOGuide34	-
DMDM-E07	Масена концентрација раствора 3,8594 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 1,50 mg/L)	0,0092 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025и ISOGuide34	-
DMDM-E08	Масена концентрација раствора 5,0172 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 1,95 mg/L)	0,012 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025и ISOGuide34	-
DMDM-E09	Масена концентрација раствора 1,2252 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,48 mg/L)	0,0030 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025и ISO Guide34	-
DMDM-E10	Масена концентрација раствора 0,6126 g/L (концентрација етанола у ваздуху на 34 °C 0,24 mg/L)	0,0015 g/L	Обезбеђена следивост и процедуре сагласно ISO 17025и ISO Guide34	-

Сертификациони извештај за референтне материјале „[Раствори етанола у води DMDM-EXX](#)“

## II ИСПИТИВАЊЕ

1. МАСА		
Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности <sup>1</sup> до 1 kg	SRPS EN 45501:2009, SRPS EN 45501:2015, т.А.4.2, А.4.3, А.4.4, А.4.5, А.4.6, А.4.7, А.4.8, А.4.10, А.4.11, А.4.12, А.5.1, А.5.2,	ДА
Ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности <sup>2</sup> до 10 kg		ДА

Ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности $\text{F}_1$ и $\text{F}_2$ до 100 kg	A.5.3, A.5.4, B.2, B.4	ДА
--	------------------------	----

## 2. ПРИТИСАК

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Манометри за мерење притиска у пнеуматицима	Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима („Службени гласник РС”, број 66/14)	-

## 3. СИЛА

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерило силе кочења код моторних возила	Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила („Службени гласник РС”, број 13/20)	-

## 4. ДУЖИНА И УГАО

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерила дужине опште намене	OIML R 35	-
Машине за мерење дужине жице и кабла	OIML R 66	-
Таксиметри	OIML R 21	АТС
Аутоматска мерила нивоа течности (магнетостриктивна)	OIML R 85	-

## 5. АКУСТИКА

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Мерила нивоа звука	OIML R 58 IEC 61672-2	-

## 6. ТЕМПЕРАТУРА

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Медицински термометри	SRPS EN 12470-1,3,4,5	-
Отпорни сензори температуре	SRPS EN 60751	-
Термопарови	SRPS EN 60584	-

## 7. ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Рачунска јединица – део мерила топлотне енергије	SRPS EN 1434-5 OIML R75	-
Температурни пар сензора – део мерила топлотне енергије	SRPS EN 1434-5 OIML R75 SRPS EN 60751	-

## 8. АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Статичка бројила активне електричне енергије (класе тачности 0,2S)	SRPS EN 62053-22:2008 (тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)	АТС
Електромеханичка бројила електричне енергије (индекса класе А и В)	Правилник о мерилима SRPS EN 50470-2:2009 (тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10)	АТС
Статичка бројила активне електричне енергије (индекса класе А, В и С)	Правилник о мерилима SRPS EN 50470-3:2009 (тачке 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10)	АТС

## 9. РЕАКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Статичка бројила реактивне електричне енергије (класе тачности 2 и 3)	SRPS EN 62053-23:2008 (тачке 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)	АТС

## 10. ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ ВЕЛИЧИНЕ

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Електронска мерила густине - дензитометри	ISO 15212-1	-
Рефрактометри	OIML R 142	-

## 11. МЕРЕЊА У ХЕМИЈИ

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Етилометри	OIML R 126	-
Рефрактометри	OIML R 108, OIML R 124, OIML R 142	-
Влагомери за зрна житарица и семенке уљарица	OIML R 59	-
Анализатори за мерење садржаја протеина у житу	OIML R 146	-
Анализатори издувних гасова	OIML R 99	-

## 12. ЗАПРЕМИНА ТЕЧНОСТИ

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
--------	-------------------	--------------

Мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода - Справе за мерење запремине течних горива и течног нафтног гаса	OIML R 117-1	-
--	--------------	---

### 13. ОПТИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ

Мерило	Метода испитивања	Акредитација
Опациметар	Правилник о опациметрима "Сл. Гласник РС", бр. 15/15) ISO 11614:1999	-

## III ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

ДМДМ обавља послове оверавања мерила, у складу са чланом 8. став 2. Закона о метрологији и чланом 6. став 1. Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли („Службени гласник РС”, број 37/21 и 84/22).

У случају потребе, ДМДМ ће обављати послове оверавања мерила за која у том тренутку не постоје овлашћена тела за њихово оверавање.

Ближи подаци о овлашћеним телима и врстама мерила за чија су оверавања овлашћена могу се преузети из јединственог Регистра овлашћених тела за оверавање мерила:

### [ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА](#)

## IV ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА

Врсте мерила за која је обавезно издавање уверења о одобрењу типа мерила, прописане су Правилником о врстама мерила која подлежу законској контроли ("Службени гласник РС", број 37/21 и 84/22).

Р. бр.	ВРСТЕ МЕРИЛА
1.	друмске и железничке цистерне са мерењем нивоа
2.	аутоматска мерила нивоа течности
3.	мерни системи за компримована гасовита горива за возила
4.	манометри за мерење притиска у пнеуматицима
5.	мерила за мерење силе кочења код моторних возила
6.	етилометри
7.	влажномери за зрна житарица и семенке уљарица
8.	анализатори за мерење садржаја протеина у житу

9.	електронска мерила густине
10.	рефрактометри који се користе у промету роба и услуга
11.	опациметри
12.	бројила електричне енергије класе 0,2s и бројила реактивне електричне енергије
13.	мерила брзине возила у саобраћају

## V СЕРТИФИКАЦИЈА МЕРИЛА

Дирекција, као именовано тело И 045, у складу са Решењем о именовању, врши услугу оцењивања усаглашености за следеће врсте мерила чији су захтеви прописани важећим Правником о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) и Правником о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, број 29/18):

- водомери предвиђени за мерење запремине чисте, хладне или загрејане воде за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МI-001 Правилника о мерилима);
- гасомери и уређаји за конверзију запремине, предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МI-002 Правилника о мерилима);
- бројила активне електричне енергије, предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МI-003 Правилника о мерилима);
- мерила топлотне енергије, предвиђена за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији (посебни захтеви прописани у прилогу МI-004 Правилника о мерилима);
- мерни системи намењени за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода (посебни захтеви прописани у прилогу МI-005 Правилника о мерилима);
- аутоматске ваге (аутоматске ваге, аутоматска вага за појединачно мерење, аутоматска контролне ваге, аутоматске ваге са етикетирањем, аутоматске ваге са етикетирањем вредности измерене масе и цене, аутоматске дозирне ваге, аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења, аутоматске ваге са сабирањем континуираних резултата мерења, аутоматске ваге за мерење масе шинских возила у покрету) (посебни захтеви прописани у прилогу МI-006 Правилника о мерилима);
- таксиметри (посебни захтеви прописани у прилогу МI-007 Правилника о мерилима);
- материјализоване мере (материјализоване мере дужине, угоститељске посуде) (посебни захтеви прописани у прилогу МI-008 Правилника о мерилима);
- мерила димензија (мерила дужине, мерила површине, мерила више димензија) (посебни захтеви прописани у прилогу МI-009 Правилника о мерилима);
- анализатори издувних гасова (анализатори издувних гасова), (посебни захтеви прописани у прилогу МI-010 Правилника о мерилима);
- неаутоматске ваге и компоненте неаутоматских вага (Правилник о неаутоматским вагама).

## VI КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

На основу Закона о предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС“, 47/21), Дирекција за мере и драгоцене метале, на захтев произвођача, увозника или заступника произвођача предмета од драгоцених метала, као и власника предмета од драгоцених метала и других правних субјеката, обавља следеће услуге:

КОНТРОЛА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА	
УСЛУГА	КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА
Утврђивање испуњености услова за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку произвођача предмета од драгоцених метала	Произвођачима предмета од драгоцених метала, тј. привредним субјектима који су регистровани за обављање делатности производње предмета од драгоцених метала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката
Утврђивање испуњености услова за добијање знака увозника предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку увозника предмета од драгоцених метала.	Увозницима предмета од драгоцених метала, тј. привредним субјектима који су регистровани у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката
Утврђивање услова које морају испуњавати радне просторије и опрема за жигосање предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача или увозника	Произвођачима или увозницима предмета од драгоцених метала, који желе да се испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала врши у њиховим пословним просторијама
Утврђивање финоће методама квант. хемијских анализа: - драгоцених метала (злата и сребра); - легура драгоцених метала - предмета од драгоцених метала.	Произвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима
Испитивање састава и финоће пробних игала од драгоцених метала	Произвођачима предмета од драгоцених метала
Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала (платина, злато, паладијум, сребро)	Произвођачима, увозницима или заступницима произвођача предмета од драгоцених метала, као и имаоцима предмета у својини грађана и другим субјектима
Жигосање предмета од драгоцених метала жигом Конвенције за драгоцене метале (Common Control Mark - CCM)	Произвођачима предмета од драгоцених метала – за предмете који су намењени извозу у државе које признају CCM

Уписивање у Регистар откупљивљача (РО) и доношење решења о упису у РО	Привредним субјектима који су регистровани у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката
Доношење решења о измени/допуни решења о упису у РО	Привредним субјектима уписаним у Регистар откупљивача
Доношење решења о брисању из РО и брисање из РО	Привредним субјектима уписаним у Регистар откупљивача

## VII СТРУЧНА МИШЉЕЊА

У оквиру својих надлежности и Закона о метрологији "Службени гласник РС" 15/2016, Закона о предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 47/21 Закона о рачунању времена "Службени лист СЦГ", 20/2006, а по захтеву заинтересованих страна Дирекција за мере и драгоцене метале издаје стручна мишљења.

## VIII ОВЛАШЋИВАЊЕ

У складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) Дирекција за мере и драгоцене метале обавља и послове овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила.