



## KATALOG USLUGA

---



Republika Srbija  
Ministarstvo privrede  
Direkcija za mere i dragocene metale

---

[www.dmdm.gov.rs](http://www.dmdm.gov.rs)

# SADRŽAJ

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>I</b>   | <b>ETALONIRANjE .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.         | MASA.....  | 3         |
| 2.         | PRITISAK .....   | 3         |
| 3.         | DUŽINA I UGAO .....  | 4         |
| 4.         | AKUSTIKA .....   | 5         |
| 5.         | VREME, FREKVENCIJA I BRZINA .....  | 6         |
| 6.         | ZAPREMINA I PROTOK .....   | 7         |
| 7.         | TEMPERATURA .....  | 9         |
| 8.         | RELATIVNA VLAŽNOST .....   | 11        |
| 9.         | ELEKTRIČNE VELIČINE/JEDNOSMERNI ELEKTRIČNI NAPON .....   | 12        |
| 10.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/ELEKTRIČNA OTPORNOST .....   | 12        |
| 11.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/JEDNOSMerna ELEKTRIČNA STRUJA .....  | 13        |
| 12.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/NAIZMENIČNI ELEKTRIČNI NAPON .....   | 13        |
| 13.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/NAIZMENIČNA ELEKTRIČNA STRUJA .....  | 14        |
| 14.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/NAIZMENIČNA ELEKTRIČNA SNAGA .....   | 15        |
| 15.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/AKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA .....  | 16        |
| 16.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/REAKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA .....  | 16        |
| 17.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/FAZNI UGAO .....   | 17        |
| 18.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/TALASNI OBLICI .....   | 17        |
| 19.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/TALASNI OBLICI .....   | 18        |
| 20.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/ VISOKI NAIZMENIČNI ELEKTRIČNI NAPONI/NAPONSKI TRANSFORMATOR AMPLITUDNA GREŠKA ..... | 18        |
| 21.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/ VISOKI NAIZMENIČNI ELEKTRIČNI NAPONI/NAPONSKI TRANSFORMATOR FAZNI POMERAJ .....     | 18        |
| 22.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/ VELIKE NAIZMENIČNE ELEKTRIČNE STRUJE/ODNOS TRANSFORMACIJE .....                     | 19        |
| 23.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/VELIKE NAIZMENIČNE ELEKTRIČNE STRUJE/STRUJNI TRANSFORMATOR FAZNI POMERAJ .....       | 19        |
| 24.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/ELEKTRIČNA KAPACITIVNOST .....   | 19        |
| 25.        | ELEKTRIČNE VELIČINE/ELEKTRIČNA INDUKTIVNOST .....  | 20        |
| 26.        | FIZIČKO-HEMIJSKE VELIČINE .....  | 20        |
| 27.        | MERENJA U HEMIJI .....   | 21        |
| 28.        | FOTOMETRIJA I RADIOMETRIJA .....   | 22        |
| 29.        | SERTIFIKOVANI REFERENTNI MATERIJALI .....  | 23        |
| <b>II</b>  | <b>ISPITIVANjE .....</b>   | <b>25</b> |
| 1.         | MASA .....   | 25        |
| 2.         | PRITISAK .....   | 25        |
| 3.         | SILA .....   | 25        |
| 4.         | DUŽINA I UGAO .....  | 25        |
| 5.         | AKUSTIKA .....   | 25        |
| 6.         | TEMPERATURA .....  | 26        |
| 7.         | TOPLOTNA ENERGIJA .....  | 26        |
| 8.         | AKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA .....  | 26        |
| 9.         | REAKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA .....  | 26        |
| 10.        | FIZIČKO-HEMIJSKE VELIČINE .....  | 26        |
| 11.        | MERENJA U HEMIJI .....   | 27        |
| 12.        | ZAPREMINA TEČNOSTI .....   | 27        |
| 13.        | OPTIČKE VELIČINE .....   | 27        |
| <b>III</b> | <b>OVERAVANjE MERILA .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>IV</b>  | <b>ODOBRENjE TIPA MERILA .....</b>   | <b>28</b> |

|      |  |    |
|------|--|----|
| V    | SERTIFIKACIJA MERILA .....                   | 28 |
| VI   | KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ..... | 29 |
| VII  | STRUČNA MIŠLjENjA .....                      | 30 |
| VIII | OVLAŠĆIVANjE .....                           | 30 |

# I ETALONIRANJE

## 1. MASA

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja | Predmet<br>etaloniranja | Merni opseg      | Merna nesigurnost<br>(k=2) | Mogućnosti merenja<br>i etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|-------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 1/1         | Masa  | Tegovi                  | 1 mg do 100 mg   | 1,3 µg do 2 µg             | CMC   |
| 1/2         | Masa  | Tegovi                  | 0,1 g do 1 g     | 2 µg do 4 µg               | CMC   |
| 1/3         | Masa  | Tegovi                  | 1 g do 10 g      | 4 µg do 8 µg               | CMC   |
| 1/4         | Masa  | Tegovi                  | 10 g do 100 g    | 8 µg do 22 µg              | CMC   |
| 1/5         | Masa  | Tegovi                  | 100 g do 1 kg    | 1,3 µg do 220 µg           | CMC   |
| 1/6         | Masa  | Tegovi                  | 1 kg do 10 kg    | 0,22 mg do 2,2 mg          | CMC   |
| 1/7         | Masa  | Tegovi                  | 10 kg do 20 kg   | 2,2 mg do 10 mg            | CMC   |
| 1/8         | Masa  | Tegovi                  | 20 kg do 50 kg   | 10 mg do 80 mg             | CMC   |
| 1/9         | Masa  | Tegovi                  | 50 kg do 100 kg  | 80 mg do 500 mg            | CMC   |
| 1/10        | Masa  | Tegovi                  | 100 kg do 500 kg | 0,5 g do 8 g               | CMC   |

## 2. PRITISAK

| Broj<br>usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja | Predmet<br>etaloniranja   | Merni opseg         | Merna nesigurnost (k=2)                                | Mogućnosti<br>merenja i<br>etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija (ATS) |
|----------------|---|---|---------------------|--|--|
| 2/1            | Pritisak  | Manometri,<br>vakuumetri,<br>manovakuumetri<br>i pretvarači<br>pritiska | - 0,95 bar do 0 bar | $1 \times 10^{-4} \times p_e + 1 \times 10^{-5}$ bar   | ATS/*CMC   |
|                |   |   | 0 bar do 1 bar      | $1,5 \times 10^{-4} \times p_e + 3 \times 10^{-5}$ bar |  |
|                |   |   | 1 bar do 35 bar     | $1 \times 10^{-4} \times p_e + 30 \times 10^{-5}$ bar  |  |
|                |   |   | 0,2 bar do 40 bar   | $1 \times 10^{-4} \times p_e$                          |  |
|                |   |   | 40 bar do 1000      | $1 \times 10^{-4} \times p_e$                          |  |

|     |          |                              | bar*                |  |          |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|--|----------|
| 2/2 | Pritisak | Uređaji sa klipom i tegovima | -0,95 bar do 0 bar  | $1 \times 10^{-4} \times p_e + 1 \times 10^{-5} \text{ bar}$   | ATS/*CMC |
|     |          |                              | 0 bar do 1 bar      | $1,5 \times 10^{-4} \times p_e + 3 \times 10^{-5} \text{ bar}$ |          |
|     |          |                              | 1 bar do 35 bar     | $1 \times 10^{-4} \times p_e + 30 \times 10^{-5} \text{ bar}$  |          |
|     |          |                              | -1 bar do 35 bar    | $1 \times 10^{-4} \cdot p \text{ (gas)}$                       |          |
|     |          |                              | 0,2 bar do 40 bar   | $1 \times 10^{-4} \times p_e$                                  |          |
|     |          |                              | 40 bar do 1000 bar* | $1 \times 10^{-4} \times p_e$                                  |          |

### 3. DUŽINA I UGAO

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja  | Merni opseg                | Merna nesigurnost ( $k=2$ )                               | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|---|----------------------------|---|---|
| 3/1         | Lasersko zračenje                        | Stabilisani laseri: vakuumска таласна дужина vs. primarni laser | 633 nm                     | 0,04 fm   | CMC   |
| 3/2         | Lasersko zračenje                        | Stabilisani laseri: optička frekvencija vs. primarni laser      | 474 THz                    | 24 kHz  | CMC   |
| 3/3         | Lasersko zračenje                        | Stabilisani laseri: vakuumска таласна дужина vs. primarni laser | 633 nm                     | 1E-09   | CMC   |
| 3/4         | Dužina                                   | Granične mere: interferometrijska metoda                        | do 100 mm                  | $Q[20; 0,2L] \text{ nm}$<br>$L \text{ u mm}$              | CMC/ATS   |
| 3/5         | Dužina                                   | Granične mere: metoda poređenja                                 | do 100 mm                  | $Q[50; 0,5L] \text{ nm}$<br>$L \text{ in mm}$             | CMC   |
| 3/6         | Dužina                                   | Mere sa crtama  | do 3000 mm                 | $Q[202; 0,38L] \text{ nm}$<br>$L \text{ u mm}$            | -   |
| 3/7         | Ugao                                     | Optički poligoni  |                            | 0,2"  | CMC   |
| 3/8         | Ugao                                     | Podeoni stolovi   |                            | 0,2"  | CMC   |
| 3/9         | Ugao                                     | Autokolimatori  |                            | 0,2"  | CMC   |
| 3/10        | Ugao                                     | Granične mere ugla  |                            | 0,2"  | CMC   |
| 3/11        | Hrapavost                                | Etalon hrapavosti:<br>Tip A<br>Parametar: $d$                   | (0,01 do 50) $\mu\text{m}$ | $Q[15; 15d] \text{ nm}$<br>$d \text{ u } \mu\text{m}$     | CMC   |
| 3/12        | Hrapavost                                | Etalon hrapavosti:<br>Tip C<br>Parametri: $R_a, R_q$            | (0,01 do 15) $\mu\text{m}$ | $Q[10; 30R_a] \text{ nm}$<br>$R_a \text{ u } \mu\text{m}$ | CMC   |
| 3/12        | Hrapavost                                | Etalon hrapavosti:<br>Tip C<br>Parametri: $R_z, R_t, R_p, R_v$  | (0,04 do 30) $\mu\text{m}$ | $Q[20; 40R_z] \text{ nm}$<br>$R_z \text{ u } \mu\text{m}$ | CMC   |
| 3/12        | Hrapavost                                | Etalon hrapavosti:<br>Tip C<br>Parametar: $R_{Sm}$              | (10 do 500) $\mu\text{m}$  | 0,5 $\mu\text{m}$   | CMC   |

|      |                   |   |                               |  |     |
|------|-------------------|---|-------------------------------|--|-----|
| 3/13 | Hrapavost         | Etalon hrapavosti:<br>Tip D<br>Parametri: $R_a$ , $R_q$                 | (0,01 do 10)<br>$\mu\text{m}$ | $Q[10; 40R_a]$ nm<br>$R_a$ u $\mu\text{m}$ | CMC |
| 3/13 | Hrapavost         | Etalon hrapavosti:<br>Tip D<br>Parametri: $R_z$ , $R_t$ , $R_p$ , $R_v$ | (0,04 do 30)<br>$\mu\text{m}$ | $Q[20; 50R_z]$ nm<br>$R_z$ u $\mu\text{m}$ | CMC |
| 3/21 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>vakuumска talasna dužina vs. komb generator      | 633 nm                        | 1E-11                                      | CMC |
| 3/21 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>optička frekvencija vs. komb generator           | 474 THz                       | 1E-11                                      | CMC |
| 3/22 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>vakuumска talasna dužina vs. komb generator      | 543 nm                        | 1E-11                                      | CMC |
| 3/22 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>optička frekvencija vs. komb generator           | 551 THz                       | 1E-11                                      | CMC |
| 3/23 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>vakuumска talasna dužina vs. komb generator      | 532 nm                        | 1E-11                                      | CMC |
| 3/23 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>optička frekvencija vs. komb generator           | 563 THz                       | 1E-11                                      | CMC |
| 3/24 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>vakuumска talasna dužina vs. komb generator      | (530 do 800) nm               | 1E-11                                      | CMC |
| 3/24 | Lasersko zračenje | Stabilisani laseri:<br>optička frekvencija vs. komb generator           | (375 do 566) THz              | 1E-11                                      | CMC |

#### 4. AKUSTIKA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                               | Merni opseg  | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Napomena                                | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|--|--|-----------------------------|---|---|
| 4/1         | Zvuk u vazduhu                           | Laboratorijski etalon mikrofoni LS1P (IEC61094 -1) | 31,5 Hz do 12,5 kHz<br>Nivo osetljivosti dB (re 1V/Pa) | (0,08do 0,13)dB             | Primarna (recipročna) metoda IEC61094-2 | CMC   |
| 4/2         | Zvuk u vazduhu                           | Laboratorijski etalon mikrofoni LS2aP (IEC61094-1) | 31,5 Hz do 25 kHz Nivo osetljivosti dB (re 1V/Pa)      | (0,085do 0,21)dB            | Primarna (recipročna) metoda IEC61094-2 | CMC   |

|     |                |  |   |                 |   |   |
|-----|----------------|--|---|-----------------|---|---|
| 4/3 | Zvuk u vazduhu | Radni etalon mikrofoni WS2P, WS2F, WS2D (IEC61094-4)                   | 250 Hz ; 1000 Hz Nivo osetljivosti dB (re 1V/Pa)  | 0,1 dB          | Metoda poređenja IEC61094-5                             | - |
| 4/4 | Zvuk u vazduhu | Radni etalon mikrofoni WS1P, WS2P, WS1F, WS2F, WS1D,WS2 D (IEC61094-4) | 31,5 Hz do 25 kHz Nivo osetljivosti dB (re 1V/Pa) | (0,12 do 0,4)dB | Elektrostaticki aktuator frekvenčijski odziv IEC61094-6 | - |
| 4/5 | Zvuk u vazduhu | Akustički kalibratori  | 1000 Hz Nivo zvučnog pritiska 94/124dB (re20μPa)  | (0,09 do 0,2)dB | Metoda poređenja IEC 60942                              | - |
| 4/6 | Zvuk u vazduhu | Merila nivoa zvuka   | 63 Hz do 16 kHz Nivo zvučnog pritiska (re20μPa)   | (0,11 do 0,4)dB | IEC61672 ili IEC651, IEC804                             | - |

## 5. VREME, FREKVENCIJA I BRZINA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                             | Merni opseg   | Merna nesigurnost (k=2) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|--|---------------|-------------------------|---|
| 5/1         | Razlika vremenskih skala                 | Lokalni sat vs. UTC (DMDM)                       | -1 s ÷ +1 s   | 9 ns                    | CMC   |
| 5/2         | Razlika vremenskih skala                 | Lokalni sat vs. UTC predviđeno                   | -1 s ÷ +1 s   | 47 ns                   | CMC   |
| 5/3         | Razlika vremenskih skala                 | Lokalni satvs. UTC post-procesirano              | -1 s ÷ +1 s   | 20 ns                   | CMC   |
| 5/4         | Razlika vremenskih skala                 | Lokalni (radio-sinhronizovani) sat vs. UTC(DMDM) | 0 s ÷ ±30 s   | 0,5 s                   | -   |
| 5/5         | Frekvencija                              | Lokalni etalon frekvencije                       | 5 MHz; 10 MHz | 1E-13 Hz/Hz             | CMC   |

|      |                    |   |  |   |     |
|------|--------------------|---|--|---|-----|
| 5/6  | Frekvencija        | Izvor frekvencije (impuljni signal)                 | 1 Hz ÷ 3 GHz   | 1E-12 Hz/Hz                                       | CMC |
| 5/7  | Frekvencija        | Izvor frekvencije (sinusni signal)                  | 1Hz ÷ 3 GHz  | Q[1E-12, 2.6E-07/f]<br>f izraženo u Hz            | CMC |
| 5/8  | Vremenski interval | Izvor perioda                                       | 3,3 ns ÷ 10 s  | 0,6 ns  | CMC |
| 5/9  | Vremenski interval | Izvor vremena uspona/pada                           | 0,7 ns ÷ 1s  | 0,6 ns  | CMC |
| 5/10 | Vremenski interval | Izvor širine impulsa                                | 1,6 ns ÷ 10 s  | 0,6 ns  | CMC |
| 5/11 | Vremenski interval | Izvor vremenske razlike                             | 1 ns ÷ 10 s  | 0,6 ns  | CMC |
| 5/12 | Vremenski interval | Izvor kašnjenja                                     | 1ns ÷ 1 s  | 0,2 ns  | CMC |
| 5/13 | Vremenski interval | Uređaji za merenje vremenskog intervala             | 1s ÷ 86400 s   | 0,3 s   | -   |
| 5/14 | Frekvencija        | Lokalni etalon frekvencije (stabilnost frekvencije) | 1 MHz ÷ 20 MHz<br><br>Relativno odstupanje frekvencije<br><br><1E-11 Hz/Hz | 2E-13 Hz/Hz                                       | -   |
| 5/15 | Merenje brzine     | Uređaji za merenje brzine                           | (0,1 ÷ 250) km/h   | metoda poređenja:<br><br>$\leq 0,05 \text{ km/h}$ | -   |
| 5/16 | Merenje brzine     | Uređaji za merenje brzine                           | (30 ÷ 250) km/h  | metoda poređenja:<br><br>$\leq 0,20 \text{ km/h}$ | -   |

## 6. ZAPREMINA I PROTOK

| <b>Broj usluge</b> | <b>Oblast/<br/>Podoblast merenja i etaloniranja</b> | <b>Predmet etaloniranja</b>   | <b>Merni opseg</b> | <b>Merna nesigurnost,<br/>(k=2)</b> | <b>Napomena</b>                                      | <b>Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS)</b> |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| 6/1                | Zapremina tečnosti                                  | Piknometri                    | (1 ÷ 100) mL       | 0,015 %                             | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/2                | Zapremina tečnosti                                  | Pipete sa jednom mernom crtom | (1 ÷ 200) mL       | 0,015 %                             | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/3                | Zapremina tečnosti                                  | Graduisane merne pipete       | (1 ÷ 50) mL        | 0,015 %                             | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/4                | Zapremina tečnosti                                  | Tikvice                       | (1 ÷ 10 000) mL    | 0,015 %                             | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/5                | Zapremina tečnosti                                  | Birete                        | (1 ÷ 100) mL       | 0,015 %                             | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/6                | Zapremina tečnosti                                  | Graduisani merni cilindri     | (5 ÷ 2 000) mL     | 0,015 %                             | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/7                | Zapremina tečnosti                                  | Merne posude                  | (5 ÷ 500) L        | 0,02 %                              | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C ili 15 °C | CMC  |
| 6/8                | Zapremina tečnosti                                  | Merne posude                  | (5 ÷ 5 000) L      | 0,03 %                              | Volumetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C ili 15 °C  | CMC  |
| 6/9                | Zapremina tečnosti                                  | Etalon prelivne pipete        | (1 ÷ 500) L        | 0,02 %                              | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C           | CMC  |
| 6/10               | Zapremina tečnosti                                  | Etalon merne posude           | (1 ÷ 20) L         | 0,03 %                              | Volumetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C            | CMC  |

|      |                    |   |                                      |  |   |     |
|------|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----|
| 6/11 | Zapremina tečnosti | Mikropipete ili pipete sa klipom              | (10 ÷ 20 000) $\mu\text{L}$          | (0,6 ÷ 0,2) %  | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C              | CMC |
| 6/12 | Zapremina tečnosti | Birete sa klipom                              | (0,1 ÷ 100) mL                       | (0,1 ÷ 0,02) %   | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C              | CMC |
| 6/13 | Zapremina tečnosti | Dispenseri                                    | (0,01 ÷ 200) mL                      | (0,1 ÷ 0,02) %   | Gravimetrijska metoda, tečnost voda, 20 °C              | CMC |
| 6/14 | Protok tečnosti    | Rotametri za merenje protoka vode             | (0,003 ÷ 150) $\text{m}^3/\text{h}$  | 4 %  | Metoda dinamičkog merenja zapremine i proteklog vremena | ATS |
| 6/15 | Protok gasa        | Gasomeri sa turbinom sa rotirajućim klipovima | (0,6 ÷ 10 000) $\text{m}^3/\text{h}$ | 0,5 % za (0,6 ÷ 4) $\text{m}^3/\text{h}$ ; 0,35 % za (4,5 ÷ 10000) $\text{m}^3/\text{h}$ | Metoda korišćenja master merila                         | CMC |
| 6/16 | Protok gasa        | Etalon gasomeri sa tečnošću                   | (0,016 ÷ 25) $\text{m}^3/\text{h}$   | 0,2 %  | Metoda direktnog poređenja sa kritičnim mlaznicama      | -   |

## 7. TEMPERATURA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                                   | Merni opseg | Merna nesigurnost (k=2) | Napomena           | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazipodataka BIPM(CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|--|-------------|-------------------------|--------------------|---|
|             |  | Ćelije za realizaciju fiksne tačke - trojne tačke vode | 0,01 °C     | 0,55 mK                 | Direktno poređenje | CMC   |
|             |  | Ćelije za realizaciju fiksne tačke - trojne tačke žive | -38,8344 °C | 0,8 mK                  |                    | CMC   |

|     |   |  |                 |                   |                              |     |
|-----|---|--|-----------------|-------------------|------------------------------|-----|
| 7/1 | Temperatura - uređaji za realizaciju ITS-90 | Ćelije za realizaciju fiksne tačke - tačketopljenja galijuma   | 29,7646 °C      | 0,8 mK            |                              | CMC |
| 7/2 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90  | Etalonski platinski otporni termometri sa dugim stablom i visokotemperaturni otporni termometri sa dugim stablom | -38,8344 °C     | 1 mK              | Metoda fiksnih tačaka        | CMC |
|     |   |  | 0,01 °C         | 0,6 mK            |                              | CMC |
|     |   |  | 29,7646 °C      | 1 mK              |                              | CMC |
|     |   |  | 156,5985 °C     | 2,4 mK            |                              | CMC |
|     |   |  | 231,928 °C      | 2,2 mK            |                              | CMC |
|     |   |  | 419,527 °C      | 3 mK              |                              | CMC |
|     |   |  | 660,323 °C      | 5 mK              |                              | -   |
|     |   |  | 981,78 °C       | 7 mK              |                              | -   |
|     |   |  | -196 °C         | 16 mK             |                              | CMC |
| 7/3 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90  | Otporni termometri   | -80 °C ÷ -20 °C | 10 mK             | Metoda poređenja/ halokarbon | CMC |
|     |   |  | -40 °C ÷ 20 °C  | 9 mK              |                              | CMC |
|     |   |  | 20 °C ÷ 90 °C   | 8 mK              | Metoda poređenja/ ulje       | CMC |
|     |   |  | 90 °C ÷ 250 °C  | 12 mK             |                              | CMC |
|     |   |  | 200 °C ÷ 420 °C | 16 mK ÷ 37 mK     | Metoda poređenja/ soli       | CMC |
|     |   |  | 420 °C ÷ 660 °C | 37 mK ÷ 50 mK     |                              | -   |
|     |   |  | 156,5985 °C     | 200 mK            | Metoda fiksnih tačaka        | CMC |
| 7/4 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90  | Termoparovi od čistih metala   | 231,928 °C      | 200 mK            |                              | CMC |
|     |   |  | 419,527 °C      | 80 mK             |                              | CMC |
|     |   |  | 660,323 °C      | 70 mK             | Metoda poređenja             | CMC |
|     |   |  | 981,78 °C       | 80 mK             |                              | CMC |
|     |   |  | 1084,62 °C      | 100 mK            |                              | CMC |
|     |   |  | 419,527 °C      | 0,20 °C           |                              | CMC |
|     |   |  | 660,323 °C      | 0,25 °C           |                              | CMC |
| 7/4 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90  | Termoparovi od plemenitih metala   | 981,78 °C       | 0,35 °C           |                              | CMC |
|     |   |  | 1084,62 °C      | 0,40 °C           |                              | CMC |
| 7/4 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90  | Termoparovi od plemenitih metala   | 100 °C ÷ 300 °C | 0,37 °C           | Metoda poređenja             | CMC |
|     |   |  | 300 °C ÷ 600 °C | 0,37 °C ÷ 0,51 °C |                              | CMC |

|     |  |   |  |                                  |   |     |
|-----|--|---|--|----------------------------------|---|-----|
|     |  |   | 600 °C ÷ 1000 °C   | 0,51°C ÷ 1 °C                    |   | CMC |
| 7/5 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90 | Termoparovi od legura metala  | 100 °C ÷ 300 °C  | 0,51°C                           | Metoda poređenja  | CMC |
|     |  |   | 300 °C ÷ 600 °C  | 0,51 °C ÷ 0,87 °C                |   | CMC |
|     |  |   | 600 °C ÷ 1000 °C   | 0,87 °C ÷ 1 °C                   |   | CMC |
| 7/6 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90 | Stakleni termometri punjeni tečnošću  | -80 °C ÷ -20 °C  | 20 mK                            | Metoda poređenja  | CMC |
|     |  |   | -40 °C ÷ 20 °C   | 16 mK                            |   | CMC |
|     |  |   | 20 °C ÷ 90 °C  | 13 mK                            |   | CMC |
|     |  |   | 90 °C ÷ 250 °C   | 18 mK                            |   | CMC |
| 7/7 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90 | Digitalni teremometri   | -196 °C  | 16 mK                            | Metoda poređenja  | CMC |
|     |  |   | -80 ÷ 420 °C   | 10 mK ÷ 40 mK                    |   | CMC |
|     |  |   | 420 °C ÷ 1000 °C   | 0,4 °C ÷ 1 °C                    |   | -   |
| 7/8 | Temperatura – uređaji za prenošenje ITS-90 | Drugi servisi<br><br>1.Kompenzacioni vodovi<br>2.Indikatori temeperature za otporne i termoparske senzore,<br>3.Kalibratori temperature | 15 °C ÷ 30 °C<br><br>-200 °C ÷ 1500 °C<br><br>-200 °C ÷ 660 °C | 50mK<br><br>0,01°C<br><br>0,5 °C | Metod poređenja<br><br>Direktno merenje<br><br>Direktno merenje | -   |

## 8. RELATIVNA VLAŽNOST

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja          | Merni opseg                      | Merna nesigurnost (k=2) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| 8/1         | Relativna vlažnost                       | Uređaji za merenje tačke rose | dp: -40 °C ÷ 30 °C u vazduhu     | 0,2 °C                  | -   |
| 8/2         |  | Uređaji za merenje            | RH : 13% ÷ 95%<br>-10 °C ÷ 10 °C | (0,5-2) % rh            | -   |
|             |  |                               | RH : 11% ÷ 95%<br>10 °C ÷ 20 °C  | (0,5-1,6) % rh          | CMC   |
|             |  |                               | RH : 10% ÷ 95%<br>20 °C ÷ 25 °C  | (0,5-1,4) % rh          | CMC   |

|  |  |                     |                                 |                |     |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|-----|
|  |  | relativne vlažnosti | RH : 10% ÷ 95%<br>25 °C ÷ 40 °C | (0,8-1,9) % rh | CMC |
|  |  |                     | RH : 10% ÷ 95%<br>40 °C ÷ 70 °C | (1-2,5) % rh   | -   |

## 9. ELEKTRIČNE VELIČINE/JEDNOSMERNI ELEKTRIČNI NAPON

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja | Predmet etaloniranja  | Merni opseg                              | Merna nesigurnost (k=2)          | Mogućnosti<br>merenja i<br>etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|---|--|----------------------------------|--|
| 9/1         | Jednosmerni električni napon                      | Elektronski etaloni jednosmernog električnog napona, etalon celije      | 1,018 V<br>1V<br>10V                     | 0,45 µV/V ÷ 1 µV/V               | CMC  |
| 9/2         |   | Kalibratori jednosmernog električnog napona (višefunkcijski kalibrator) | 0,01 V ÷ 1000 V                          | 1,2 µV/V ÷ 38 µV/V               | CMC  |
| 9/3         |   | Voltmetri jednosmernog električnog napona (multimetri)                  | 0,01 V ÷ 1000 V                          | 1,2 µV/V ÷ 38 µV/V               | CMC  |
| 9/4         |   | Elektronski etaloni jednosmernog električnog napona                     | 1,018 V<br>1V<br>10V                     | 0,12µV/V<br>0,12µV/V<br>0,04µV/V | CMC  |
| 9/5         | Jednosmerni električni napon (linearnost)         | Voltmetri jednosmernog električnog napona (multimetri)                  | 0 mV ÷ 100 mV<br>0,1 V ÷ 1V<br>1 V ÷ 10V | 0,2µV<br>0,3µV<br>0,8µV          | -  |

## 10. ELEKTRIČNE VELIČINE/ELEKTRIČNA OTPORNOST

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja | Predmet etaloniranja | Merni opseg | Merna nesigurnost (k=2) | Mogućnosti<br>merenja i<br>etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|----------------------|-------------|-------------------------|--|
|-------------|---|----------------------|-------------|-------------------------|--|

|      |                      |  |  |  |     |
|------|----------------------|--|--|--|-----|
| 10/1 | Električna otpornost | Etalon otpornici   | $100 \mu\Omega \div 1 \text{ G}\Omega$       | $0,2 \mu\Omega/\Omega \div 5000 \mu\Omega/\Omega$      | CMC |
| 10/2 |                      | Dekade električne otpornosti                                   | $100 \mu\Omega \div 1 \text{ G}\Omega$       | $0,2 \mu\Omega/\Omega \div 5000 \mu\Omega/\Omega$      | CMC |
| 10/3 |                      | Kalibratori električne otpornosti (višefunkcijski kalibratori) | $1 \Omega \div 1 \text{ G}\Omega$            | $3,76 \cdot 10^{-5} \Omega \div 2,9 \cdot 10^6 \Omega$ | CMC |
| 10/4 |                      | Mostovi za merenje električne otpornosti                       | $0,1 \text{ m}\Omega \div 1 \text{ G}\Omega$ | $0,2 \mu\Omega/\Omega \div 5000 \mu\Omega/\Omega$      | CMC |
| 10/5 |                      | Ommetri (multimetri)   | $0,1 \text{ m}\Omega \div 1 \text{ G}\Omega$ | $0,2 \mu\Omega/\Omega \div 5000 \mu\Omega/\Omega$      | CMC |

## 11. ELEKTRIČNE VELIČINE/JEDNOSMERNA ELEKTRIČNA STRUJA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja   | Merni opseg                        | Merna nesigurnost ( $k=2$ )        | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 11/1        | Jednosmerna električna struja            | Generatori jednosmerne električne struje                               | $0,1 \text{ mA} \div 30 \text{ A}$ | $1,3 \text{ nA} \div 6 \text{ mA}$ | CMC   |
| 11/2        |  | Kalibratori jednosmerne električne struje (višefunkcijski kalibratori) | $0,1 \text{ mA} \div 30 \text{ A}$ | $1,3 \text{ nA} \div 6 \text{ mA}$ | CMC   |
| 11/3        |  | Ampermetri jednosmerne električne struje (multimetri)                  | $0,1 \text{ mA} \div 30 \text{ A}$ | $1,3 \text{ nA} \div 6 \text{ mA}$ | CMC   |

## 12. ELEKTRIČNE VELIČINE/NAIZMENIČNI ELEKTRIČNI NAPON

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja | Merni opseg | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|----------------------|-------------|-----------------------------|---|
|-------------|--|----------------------|-------------|-----------------------------|---|

|      |   |  |                         |     |  |
|------|---|--|-------------------------|-----|--|
| 12/1 | Naizmenični električni napon<br><br>AC/DC transfer etaloni, termički konvertori | 10 mV ÷ 500 mV<br>10 Hz ÷ 1 MHz                      | 17 µV/V ÷ 240 µV/V      | CMC |  |
| 12/2 |   | 0,5 V ÷ 5 V<br>10 Hz ÷ 1 MHz                         | 10 µV/V ÷ 56 µV/V       | CMC |  |
|      |   | 5 V ÷ 1000 V<br>10 Hz ÷ 1 MHz                        | 13 µV/V ÷ 73 µV/V       | CMC |  |
|      |   | 1 V, 10 MHz  | 70 µV/V                 |     |  |
|      |   | 1 V, 30 MHz  | 500 µV/V                |     |  |
|      |   | 2 V, 10 MHz  | 50 µV/V                 |     |  |
|      |   | 2 V, 30 MHz  | 400 µV/V                |     |  |
|      |   | 3 V, 10 MHz  | 300 µV/V                |     |  |
|      |   | 3 V, 30 MHz  | 1500 µV/V               |     |  |
|      |   | 10 V, 10 MHz   | 300 µV/V                |     |  |
|      |   | 10 V, 30 MHz   | 2000 µV/V               |     |  |
| 12/3 | Kalibratori naizmeničnog električnog napona (višefunkcijski i kalibratori)      | 10 mV ÷ 1000V<br>10 Hz ÷ 200kHz<br>(200 kHz do 60 V) | 0,03 mV/V ÷<br>1,4 mV/V | CMC |  |
|      |   | 10 mV ÷ 20 V<br>200 kHz ÷ 1 MHz                      | 0,23 mV/V ÷<br>3,9 mV/V | CMC |  |
| 12/4 | Voltmetri naizmeničnog električnog napona (multimetri)                          | 10 mV ÷ 1000V<br>10 Hz ÷ 200kHz<br>(200 kHz do 60 V) | 0,03 mV/V ÷<br>1,4 mV/V | CMC |  |
|      |   | 10 mV ÷ 20 V<br>200 kHz ÷ 1 MHz                      | 0,23 mV/V ÷<br>3,9 mV/V | CMC |  |

### 13. ELEKTRIČNE VELIČINE/NAIZMENIČNA ELEKTRIČNA STRUJA

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja | Predmet<br>etaloniranja | Merni opseg | Merna nesigurnost<br>(k=2) | Mogućnosti<br>merenja i<br>etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|-------------------------|-------------|----------------------------|--|
|             |   |                         |             |                            |  |

|      |  |   |                                  |                          |     |
|------|--|---|----------------------------------|--------------------------|-----|
| 13/1 | Naizmenična električna struja  | Generatori naizmenične električne struje              | 1 mA ÷ 10 A<br>10 Hz ÷ 10 kHz    | 0,00042 mA<br>÷ 12 mA    | CMC |
| 13/2 | Kalibratori naizmenične električne struje (višefunkcijski kalibratori) | Ampermetri naizmenične električne struje (multimetri) | 1 mA ÷ 10 A<br>10 Hz ÷ 10 kHz    | 0,00042 mA<br>÷ 12 mA    | CMC |
| 13/3 |  |   | 0,22 mA ÷ 2,2 A<br>45 Hz ÷ 5 kHz | 0,21 mA/A ÷<br>0,58 mA/A | CMC |
| 13/4 |  | Strujni pretvarači                                    | 0,05 A ÷ 100 A<br>50 Hz ÷ 60 Hz  | 0,08 mA/A ÷<br>0,11 mA/A | CMC |
|      |  |   | 0,22 mA ÷ 2,2 A<br>45 Hz ÷ 5 kHz | 0,21 mA/A ÷<br>0,58 mA/A | CMC |
|      |  |   | 0,05 A ÷ 100 A<br>50 Hz ÷ 60 Hz  | 0,08 mA/A ÷<br>0,11 mA/A | CMC |

#### 14. ELEKTRIČNE VELIČINE/NAIZMENIČNA ELEKTRIČNA SNAGA

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                | Merni opseg   | Merna nesigurnost (k=2) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---|
| 14/1        | Merila aktivne električne snage, jednofazna | Konvertori aktivne električne snage | 0 W ÷ 1200W<br>(12 V ÷ 240V,<br>0,05 A ÷ 5 A,<br>1 ÷ 0 i/c,<br>45 Hz ÷ 65 Hz)       | 66 µW/VA ÷ 80 µW/VA     | CMC   |
|             |   |                                     | 0 W ÷ 48000 W<br>(30 V ÷ 240 V,<br>0,05 A ÷ 100 A,<br>1 ÷ 0 i/c,<br>50 Hz to 60 Hz) | 116 µW/VA ÷ 129 µW/VA   | CMC   |
| 14/2        | Aktivna naizmenična električna snaga        | Konvertori aktivne električne snage | 0 W ÷ 1200W<br>(12 V ÷ 240V,<br>0,05 A to 5A,<br>1 ÷ 0 i/c,<br>45 Hz ÷ 65 Hz)       | 66 µW/VA ÷ 80 µW/VA     | CMC   |
|             |   |                                     | 0 W ÷ 48000W<br>(30 V ÷ 240V,<br>0,05 A ÷ 100 A,<br>1 ÷ 0 i/c,<br>50 Hz ÷ 60 Hz)    | 116 µW/VA ÷ 129 µW/VA   | CMC   |
|             |   |                                     | 0 W ÷ 1200 W<br>(12 V ÷ 240 V,<br>0,05 A to 5 A,<br>1 ÷ 0 i/c,<br>45 Hz ÷ 65 Hz)    | 66 µW/VA ÷ 80 µW/VA     | CMC   |

|      |  |                                     |   |  |     |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-----|
| 14/3 |  | Vatmetri                            | $0 \text{ W} \div 48000 \text{ W}$<br>$(30 \text{ V} \div 240 \text{ V},$<br>$0,05 \text{ A} \div 100 \text{ A},$<br>$1 \div 0 \text{ i/c},$<br>$50 \text{ Hz} \div 60 \text{ Hz})$ | $116 \mu\text{W/VA} \div 129 \mu\text{W/VA}$     | CMC |
| 14/4 | Reaktivna naizmenična električna snaga | Merila električne snage, jednofazna | $0 \div 48000 \text{ var}$<br>$(30 \text{ V} \div 240 \text{ V},$<br>$0,05 \text{ A} \div 100 \text{ A},$<br>$1 \div 0 \text{ i/c},$<br>$50 \text{ Hz} \div 60 \text{ Hz})$         | $116 \mu\text{var/VA} \div 129 \mu\text{var/VA}$ | CMC |
| 14/5 |  | Konvertori električne snage         | $0 \div 48000 \text{ var}$<br>$(30 \text{ V} \div 240 \text{ V},$<br>$0,05 \text{ A} \div 100 \text{ A},$<br>$1 \div 0 \text{ i/c},$<br>$50 \text{ Hz} \div 60 \text{ Hz})$         | $116 \mu\text{var/VA} \div 129 \mu\text{var/VA}$ | CMC |
| 14/6 | Prividna naizmenična električna snaga  | Merila električne snage, jednofazna | $6 \text{ VA} \div 1200 \text{ VA}$<br>$(12 \text{ V} \div 240 \text{ V},$<br>$0,05 \text{ A} \div 5 \text{ A},$<br>$1 \div 0 \text{ i/c},$<br>$45 \text{ Hz} \div 65 \text{ Hz})$  | $43 \mu\text{VA/VA} \div 62 \mu\text{VA/VA}$     | CMC |

## 15. ELEKTRIČNE VELIČINE/AKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                                  | Merni opseg   | Merna nesigurnost ( $k=2$ )                      | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|---|---|--|---|
| 15/1        | Aktivna električna energija              | Jednofazna etalon brojila aktivne električne energije | $0,4 \text{ Ws} \div 4800000 \text{ Ws}$<br>$(30 \text{ V} \div 240 \text{ V},$<br>$0,05 \text{ A} \div 100 \text{ A},$<br>$1 \div 0,25 \text{ i/c},$<br>$50 \text{ Hz} \div 60 \text{ Hz},$<br>$1 \text{ s} \div 100 \text{ s})$ | $116 \mu\text{Wh/VAh} \div 129 \mu\text{Wh/VAh}$ | CMC   |
| 15/2        |  | Trofazna etalon brojila aktivne električne energije   | $0,4 \text{ Ws} \div 4800000 \text{ Ws}$<br>$(30 \text{ V} \div 240 \text{ V},$<br>$0,05 \text{ A} \div 100 \text{ A},$<br>$1 \div 0,25 \text{ i/c},$<br>$50 \text{ Hz} \div 60 \text{ Hz},$<br>$1 \text{ s} \div 100 \text{ s})$ | $116 \mu\text{Wh/VAh} \div 129 \mu\text{Wh/VAh}$ | CMC   |

## 16. ELEKTRIČNE VELIČINE/REAKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja | Merni opseg | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|----------------------|-------------|-----------------------------|---|
|-------------|--|----------------------|-------------|-----------------------------|---|

|      |                               |   |   |                               |     |
|------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|
| 16/1 | Reaktivna električna energija | Jednofazna etalon brojila reaktivne električne energije | 0,4 vars ÷ 4800000 vars<br>(30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s) | 116 µvarh/VAh ÷ 129 µvarh/VAh | CMC |
| 16/2 |                               | Trofazna etalon brojila reaktivne električne energije   | 0,4 vars ÷ 4800000 vars<br>(30 V ÷ 240 V, 0,05 A ÷ 100 A, 1 ÷ 0,25 i/c, 50 Hz ÷ 60 Hz, 1 s ÷ 100 s) | 116 µvarh/VAh ÷ 129 µvarh/VAh | CMC |

## 17. ELEKTRIČNE VELIČINE/FAZNI UGAO

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja | Predmet<br>etaloniranja | Merni opseg                                | Merna nesigurnost<br>(k=2) | Mogućnosti<br>merenja i<br>etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 17/1        | Fazni ugao  | Izvori faznog ugla      | 0°÷360°<br>(10 mV ÷ 350V, 50 Hz ÷ 100kHz)  | 0,04°÷1,68°                | CMC  |
| 17/2        |   | Merila faznog ugla      | 0°÷360°<br>(1 Hz ÷ 100 kHz, 10 mV ÷ 350 V) | 0,04°÷1,68°                | CMC  |

## 18. ELEKTRIČNE VELIČINE/TALASNI OBLICI

| Broj<br>usluge | Oblast/<br>Podoblast<br>merenja i<br>etaloniranja  | Predmet<br>etaloniranja | Merni opseg    | Merna nesigurnost (k=2)                     | Mogućnosti<br>merenja i<br>etaloniranja u bazi<br>podataka BIPM<br>(CMC)<br>ili akreditacija<br>(ATS) |
|----------------|--|-------------------------|----------------|---|---|
| 18/1           | Talasni oblici električnog napona i električne struje/<br>Harmonici u električnoj struji | Analizatori harmonika   | 0,016 A ÷ 10 A | 0,4 mA/A ÷ 2,9 mA/A<br>(osnovnog harmonika) | CMC   |

## 19. ELEKTRIČNE VELIČINE/TALASNI OBLICI

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast merenja i etaloniranja  | Predmet etaloniranja | Merni opseg | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|----------------------|-------------|-----------------------------|---|
| 19/1        | Talasni oblici električnog napona i struje/<br>Fluktuacije napona na frekvenciji mreže | Flikermetri          | 0,5 ÷ 10    | 0,05                        | CMC   |

## 20. ELEKTRIČNE VELIČINE/ VISOKI NAIZMENIČNI ELEKTRIČNI NAPONI/NAPONSKI TRANSFORMATOR AMPLITUDNA GREŠKA

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast merenja i etaloniranja                                    | Predmet etaloniranja          | Merni opseg   | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili kreditacija (ATS) |
|-------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 20/1        | Visoki naizmenični električni napon amplitudna greška naponskog transformatora | Naponski merni transformatori | 0 % ÷ 2 %<br>(Primarni napon $100/\sqrt{3}$ V ÷ $120/\sqrt{3}$ kV<br>Sekundarni napon $100/\sqrt{3}$ V, $110/\sqrt{3}$ V, 100 V, 110 V, 120 V<br>Frekvencija 50 Hz) | 0,01 % ÷ 0,02 %             | CMC  |

## 21. ELEKTRIČNE VELIČINE/ VISOKI NAIZMENIČNI ELEKTRIČNI NAPONI/NAPONSKI TRANSFORMATOR FAZNI POMERAJ

| Broj usluge | Oblast/<br>Podoblast merenja i etaloniranja                                | Predmet etaloniranja          | Merni opseg  | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 21/1        | Visoki naizmenični električni napon/fazni pomeraj naponskog transformatora | Naponski merni transformatori | 0 mrad ÷ 30 rad<br>(Primarni napon $100/\sqrt{3}$ V ÷ $120/\sqrt{3}$ kV<br>Sekundarni napon $100/\sqrt{3}$ V, $110/\sqrt{3}$ V, 100 V, 110 V, 120 V<br>Frekvencija 50Hz) | 0,10 mrad ÷ 0,15 mrad       | CMC   |

## 22. ELEKTRIČNE VELIČINE/ VELIKE NAIZMENIČNE ELEKTRIČNE STRUJE/ODNOS TRANSFORMACIJE

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja   | Predmet etaloniranja         | Merni opseg   | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 22/1        | Velike naizmenične velike struje/greška odnosa transformacije strujnih mernih transformatora | Strujni merni transformatori | 0 % ÷ 2 %<br>(Primarna struja 1 A ÷ 3000 A<br>Sekundarna struja 1A, 5A<br>Frekvencija 50Hz) | 0,004 % ÷ 0,015 %           | CMC   |

## 23. ELEKTRIČNE VELIČINE/VELIKE NAIZMENIČNE ELEKTRIČNE STRUJE/STRUJNI TRANSFORMATOR FAZNI POMERAJ

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja                                   | Predmet etaloniranja         | Merni opseg   | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 23/1        | Velike naizmenične električne struje/fazni pomeraj strujnog transformatora | Strujni merni transformatori | 0 mrad ÷ 30 mrad<br>(Primarna struja 1 A ÷ 3000 A sekundarna struja 1A, 5A<br>Frekvencija 50Hz) | 0,03 mrad ÷ 0,13 mrad       | CMC   |

## 24. ELEKTRIČNE VELIČINE/ELEKTRIČNA KAPACITIVNOST

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja   | Merni opseg  | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|--|--|-----------------------------|---|
| 24/1        |  | Fiksni kondenzatori  | 0,01 nF ÷ 10000 nF<br>(Frekvencija 20 Hz do 2 MHz) | 0,59 mF/F ÷ 8,07 mF/F       | CMC   |
| 24/2        | Impedansa/ Električna kapacitivnost      | Merila električne kapacitivnosti , LCR metri, Mostovi za merenje električne kapacitivnosti | 1 pF ÷ 1000 pF<br>(Frekvencija 100 Hz ÷ 1 MHz)     | 0,005 mF/F ÷ 0,26 mF/F      | CMC   |

## 25. ELEKTRIČNE VELIČINE/ELEKTRIČNA INDUKTIVNOST

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                                      | Merni opseg                                    | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|---|--|-----------------------------|---|
| 25/1        | Impedansa/<br>Električna induktivnost    | Mostovi za merenje električne induktivnosti,<br>LCR metri | 0,1 mH÷10000 mH<br>(Frekvencija 100 Hz, 1 kHz) | 0,2 mH/H ÷<br>0,5 mH/H      | CMC   |

## 26. FIZIČKO-HEMIJSKE VELIČINE

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja  | Merni opseg                                     | Merna nesigurnost ( $k=2$ )       | Napomena                             | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM(CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 26/1        | Gustina/<br>Gustina tečnosti             | Areometri/<br>staklena merila konstantne mase                     | 600 kg/m <sup>3</sup> ÷ 1100 kg/m <sup>3</sup>  | (0,060 ÷ 0,080) kg/m <sup>3</sup> | Metoda direktnog poređenja           | -  |
| 26/2        |  |   | 1100 kg/m <sup>3</sup> ÷ 1840 kg/m <sup>3</sup> | 0,080 kg/m <sup>3</sup>           | Metoda direktnog poređenja           | -  |
| 26/3        |  | Areometri specijalne namene/laktodenzimetri, urinometri, širomeri | 600 kg/m <sup>3</sup> ÷ 2000 kg/m <sup>3</sup>  | (0,060 ÷ 0,070) kg/m <sup>3</sup> | Kukova metoda (hidrostatickom vagom) | SMS  |
| 26/4        |  | Laboratorijski denzitometri                                       | 600 kg/m <sup>3</sup> ÷ 1840 kg/m <sup>3</sup>  | 0,080 kg/m <sup>3</sup>           | Metoda poređenja                     | -  |
| 26/5        |  | Ručni denzitometri  | 600 kg/m <sup>3</sup> ÷ 1840 kg/m <sup>3</sup>  | 0,080 kg/m <sup>3</sup>           | Metoda poređenja                     | -  |
| 26/6        |  | Hidrostaticka vaga za laboratorijsku                              | 600 kg/m <sup>3</sup> ÷ 1840 kg/m <sup>3</sup>  | 0,080 kg/m <sup>3</sup>           | Metoda poređenja                     | -  |

|      |                   |   |                          |               |                            |   |
|------|-------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------------|---|
|      |                   | upotrebu  |                          |               |                            |   |
| 26/7 | Indeks refrakcije | Ručni i Abbe refraktometri                          | $(1,333 \div 1,532) n_D$ | 0,00010 $n_D$ | Metoda direktnog poređenja | - |
| 26/8 |                   | Automatski refraktometri za laboratorijsku upotrebu | $(1,333 \div 1,532) n_D$ | 0,00010 $n_D$ | Metoda direktnog poređenja | - |

## 27. MERENJA U HEMIJI

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloni-ranja | Predmet etaloniranja                                | Merni opseg            | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Napomena   | Mogućnosti merenja i etaloniranja bazi podataka BIPM(CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|---|---|------------------------|-----------------------------|--|--|
| 27/1        | Organski rastvori / Koncentracija šećera  | Areometri specijalne namene/ saharimetri            | 0 % $\div$ 60 % (% Bx) | 0,40 %                      | Metoda poređenja   | -  |
| 27/2        | Organski rastvori / koncentracija šećera  | Ručni i Abbe refraktometri                          | 0 % Bx $\div$ 95 % Bx  | <b>a</b>                    | Metoda direktnog poređenja                                       | -  |
| 27/3        |   | Automatski refraktometri za laboratorijsku upotrebu | 0 % Bx $\div$ 95 % Bx  | 0,10 % Bx                   | Metoda direktnog poređenja                                       | -  |
| 27/4        | Organski rastvori                         | Merila od stakla/ alkoholometri                     | 0 % $\div$ 100 %       | 0,021 %                     | Metoda poređenja   | -  |
|             | Koncentracija alkohola                    |   |                        |                             |  |  |
| 27/5        | Organski rastvori                         | Rastvori etanola u vodi                             | 0,1 mg/g $\div$ 8 mg/g | 1,4 % (relativno)           | Gasna hromatografija sa plamenojonizujućom detekcijom (HSGC-FID) | -  |
|             | Koncentracija etanola                     |   |                        |                             |  |  |

|      |                              |   |                            |   |                            |     |
|------|------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-----|
| 27/6 | Gasovi / Koncentracija ozona | Analizatori prizemnog ozona / fotometri za merenje ambijentalnih koncentracija ozona, sa prethodnim podešavanjem (kalibracijom) ili bez njega | 0 nmol/mol ÷ 1000 nmol/mol | $Q [a, b] = [a^2 + b^2]^{1/2}$<br>$Q [1.1; 0.022x(O_3)]$ nmol/mol | Metoda direktnog poređenja | SMS |
| 27/7 |                              | Ozon generatori   |                            |   |                            |     |

## 28. FOTOMETRIJA I RADIOMETRIJA

| Broj usluge | Oblast/ Podoblast merenja i etaloniranja | Predmet etaloniranja                            | Merni opseg                      | Merna nesigurnost ( $k=2$ ) | Napomena | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|-------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|----------|---|
| 28/1        | Svetlosna jačina                         | Fotometrijske sijalice za svetlosnu jačinu      | (1 do 10000) cd                  | 2 %                         |          | CMC   |
| 28/2        | Temperatura raspodele                    | Inkadescentne sijalice za temperaturu raspodele | (2000 do 3000) K                 | 30 K                        |          | CMC   |
| 28/3        | Korelaciona temperatura boje             | Izvori svetlosti                                | (1500 do 3200) K                 | 60 K                        |          | CMC   |
| 28/4        | Osvetljenost                             | Fotometrijske sijalice, luksmetri, fotometri    | (0,05 do 5000) lx                | 3 %                         |          | CMC   |
| 28/5        | Usmerena spektralna propustljivost       | Filteri i rastvori usmerene propustljivosti     | (0,001 do 0,1) (401 do 1000) nm  | (0,6 do 2) %                |          | CMC   |
| 28/6        | Usmerena spektralna propustljivost       | Filteri i rastvori usmerene propustljivosti     | (0,1 do 1) (401 do 1000) nm      | 0,3%                        |          | CMC   |
| 28/7        | Svetlosni fluks                          | Fotometrijske sijalice za svetlosni fluks       | (400 do 10000) lm                | 3 %                         |          | CMC   |
| 28/8        | Sjaj/ luminancija                        | Etaloni luminancije                             | (0,01 do 5000) cd/m <sup>2</sup> | 2,5 %                       |          | CMC   |
|             |  | Luminansmetri, fotometri                        | A/(cd/m <sup>2</sup> )           | 3 %                         |          | CMC   |
|             |  | Filteri i rastvori usmerene                     | (0,1 do 1) (250 do 359) nm       | 1 %                         |          | CMC   |

|       |   |  |                                  |   |   |     |
|-------|---|--|----------------------------------|---|---|-----|
| 28/9  | Usmerena spektralna propustljivost apsorbanca               | propustljivosti  | (0,1 do 1)<br>400 nm             | 0,6 %   |   |     |
|       |   | Spektrofotometri, biohemijski analizatori (fotometri, kolorimetri), ELISA čitači | (0,001 do 1)<br>(200 do 1000) nm | (0,5 do 2)<br>%                               |   | CMC |
| 28/10 | Usmerena spektralna reflektivnost                           | Reflektometri, refleksioni spektrofotometri                                      | (280 do 1000) nm                 | 0,5%  | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025 | -   |
| 28/11 | Hromatske koordinate  | Propustljivi filteri boje, Kolorimetri   | x = (0,1÷0,7)<br>y = (0,05÷0,7)  | x = (0,01<br>do 0,02)<br>y = 0,01 do<br>0,03) | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025 | -   |
| 28/12 | Talasna dužina  | Spektralno selektivni materijali (filteri)                                       | (280 do 1000) nm                 | ± 0,3 nm                                      | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025 | -   |
| 28/13 | Spektralna osetljivost detektora, Spektralna snaga zračenja | Detektori optičkog zračenja, Radiometri  | (280 do 1000) nm                 | (1 do 3) %                                    | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025 | -   |

## 29. SERTIFIKOVANI REFERENTNI MATERIJALI ORGANSKI RASTVORI

| SRM OZNAKA | Opis SRM | Sertifikovana vrednost  | Merna nesigurnost (k=2) | Napomena   | Mogućnosti merenja i etaloniranja u bazi podataka BIPM (CMC) ili akreditacija (ATS) |
|------------|----------|---|-------------------------|--|---|
| DMDM-E01   |          | Masena koncentracija rastvora<br>0 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu<br>na 34 °C<br>0 mg/L) | 0,0001 g/L              | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i<br>ISOGuide34 | -   |

|          |   |   |            |  |   |
|----------|---|---|------------|--|---|
| DMDM-E02 |   | Masena koncentracija rastvora<br>0,2573 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,10 mg/L) | 0,0007 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISOGuide34    | - |
| DMDM-E03 |   | Masena koncentracija rastvora<br>0,6432 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,25 mg/L) | 0,0014 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISOGuide34    | - |
| DMDM-E04 | Rastvor etanola u vodi,u bocama zapremine 1 L | Masena koncentracija rastvora<br>1,0292 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,40 mg/L) | 0,0025 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025 i ISO Guide 34 | - |
| DMDM-E05 |   | Masena koncentracija rastvora<br>1,8011 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,70 mg/L) | 0,0043 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISOGuide34    | - |
| DMDM-E06 |   | Masena koncentracija rastvora<br>2,4443 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,95 mg/L) | 0,0059 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISOGuide34    | - |
| DMDM-E07 |   | Masena koncentracija rastvora<br>3,8594 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>1,50 mg/L) | 0,0092 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISOGuide34    | - |
| DMDM-E08 |   | Masena koncentracija rastvora<br>5,0172 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>1,95 mg/L) | 0,012 g/L  | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISOGuide34    | - |
| DMDM-E09 |   | Masena koncentracija rastvora<br>1,2252 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,48 mg/L) | 0,0030 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISO Guide34   | - |
| DMDM-E10 |   | Masena koncentracija rastvora<br>0,6126 g/L<br>(koncentracija etanola u vazduhu na<br>34 °C<br>0,24 mg/L) | 0,0015 g/L | Obezbeđena sledivost i procedure saglasno ISO 17025i ISO Guide34   | - |

## II ISPITIVANJE

| 1. MASA   |  |              |
|---|--|--------------|
| Merilo  | Metoda ispitivanja   | Akreditacija |
| Vage sa neautomatskim funkcionsanjem, klase tačnosti $\textcircled{D}$ 1 kg   |  | DA           |
| Vage sa neautomatskim funkcionsanjem, klase tačnosti $\textcircled{D}$ 10 kg  | SRPS EN 45501:2009, SRPS EN 45501:2015,<br>t.A.4.2, A.4.3, A.4.4, A.4.5, A.4.6, A.4.7,<br>A.4.8, A.4.10, A.4.11, A.4.12, A.5.1, A.5.2,<br>A.5.3, A.5.4, B.2, B.4 | DA           |
| Vage sa neautomatskim funkcionsanjem, klase tačnosti $\textcircled{D}$ 100 kg |  | DA           |

| 2. PRITISAK                                  |  |              |
|--|--|--------------|
| Merilo                                       | Metoda ispitivanja   | Akreditacija |
| Manometri za merenje pritiska u pneumaticima | Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima („Službeni glasnik RS”, broj 66/14) | -            |

| 3. SILA                                 |  |              |
|---|--|--------------|
| Merilo                                  | Metoda ispitivanja   | Akreditacija |
| Merilo sile kočenja kod motornih vozila | Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 13/20) | -            |

| 4. DUŽINA I UGAO  |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| Merilo  | Metoda ispitivanja | Akreditacija |
| Merila dužine opšte namene                              | OIML R 35          | -            |
| Mašine za merenje dužine žice i kabla $\textcircled{O}$ | OIML R 66          | -            |
| Taksimetri  | OIML R 21          | ATS          |
| Automatska merila nivoa tečnosti (magnetostriktivna)    | OIML R 85          | -            |

| 5. AKUSTIKA |                    |              |
|-------------|--------------------|--------------|
| Merilo      | Metoda ispitivanja | Akreditacija |

|                    |                          |   |
|--------------------|--------------------------|---|
| Merila nivoa zvuka | OIML R 58<br>IEC 61672-2 | - |
|--------------------|--------------------------|---|

## 6. TEMPERATURA

| Merilo                      | Metoda ispitivanja    | Akreditacija |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Medicinski termometri       | SRPS EN 12470-1,3,4,5 | -            |
| Otporni senzori temperature | SRPS EN 60751         | -            |
| Termoparovi                 | SRPS EN 60584         | -            |

## 7. TOPLOTNA ENERGIJA

| Merilo  | Metoda ispitivanja                          | Akreditacija |
|---|---|--------------|
| Računska jedinica – deo merila toplotne energije        | SRPS EN 1434-5<br>OIML R75                  | -            |
| Temperaturni par senzora – deo merila toplotne energije | SRPS EN 1434-5<br>OIML R75<br>SRPS EN 60751 | -            |

## 8. AKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA

| Merilo  | Metoda ispitivanja   | Akreditacija |
|---|--|--------------|
| Statička brojila aktivne električne energije (klase tačnosti 0,2S)    | SRPS EN 62053-22:2008<br>(tačke 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4)   | ATS          |
| Elektromehanička brojila električne energije (indeksa klase A i B)    | Pravilnik o merilima<br>SRPS EN 50470-2:2009<br>(tačke 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10) | ATS          |
| Statička brojila aktivne električne energije (indeksa klase A, B i C) | Pravilnik o merilima<br>SRPS EN 50470-3:2009<br>(tačke 8.1, 8.7.5.3, 8.7.5.4, 8.7.7.2, 8.7.7.3, 8.7.7.4, 8.7.7.5, 8.7.7.7, 8.7.9.2, 8.7.9.3, 8.7.10) | ATS          |

## 9. REAKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA

| Merilo  | Metoda ispitivanja   | Akreditacija |
|---|--|--------------|
| Statička brojila reaktivne električne energije (klase tačnosti 2 i 3) | SRPS EN 62053-23:2008<br>(tačke 7.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4) | ATS          |

## 10. FIZIČKO-HEMIJSKE VELIČINE

| Merilo                                    | Metoda ispitivanja | Akreditacija |
|---|--------------------|--------------|
| Elektronska merila gustine - denzitometri | ISO 15212-1        | -            |
| Refraktometri                             | OIML R 142         | -            |

## **11. MERENjA U HEMIJI**

| <b>Merilo</b>                                      | <b>Metoda ispitivanja</b>             | <b>Akreditacija</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| Etilometri   | OIML R 126                            | -                   |
| Refraktometri                                      | OIML R 108, OIML R 124,<br>OIML R 142 | -                   |
| Vlagomeri za zrna žitarica i semenke<br>uljarica   | OIML R 59                             | -                   |
| Analizatori za merenje sadržaja proteina u<br>žitu | OIML R 146                            | -                   |
| Analizatori izduvnih gasova                        | OIML R 99                             | -                   |

## **12. ZAPREMINA TEČNOSTI**

| <b>Merilo</b>   | <b>Metoda ispitivanja</b> | <b>Akreditacija</b> |
|---|---------------------------|---------------------|
| Merni sistemi za neprekidno i<br>dinamičko merenje količine<br>tečnosti koje nisu voda -<br><br>Sprave za merenje zapremine<br>tečnih goriva i tečnog<br>naftnog gasa | OIML R 117-1              | -                   |

## **13. OPTIČKE VELIČINE**

| <b>Merilo</b> | <b>Metoda ispitivanja</b>  | <b>Akreditacija</b> |
|---------------|--|---------------------|
| Opacimetar    | Pravilnik o opacimetrima "Sl.<br>Glasnik RS", br. 15/15)<br>ISO 11614:1999 | -                   |

## **III OVERAVANjE MERILA**

DMDM obavlja poslove overavanja merila, u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o metrologiji i članom 6. stav 1. Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli („Službeni glasnik RS”, broj 37/21 i 84/22).

U slučaju potrebe, DMDM će obavljati poslove overavanja merila za koja u tom trenutku ne postoje ovlašćena tela za njihovo overavanje.

Bliži podaci o ovlašćenim telima i vrstama merila za čija su overavanja ovlašćena mogu se preuzeti iz jedinstvenog Registra ovlašćenih tela za overavanje merila:

### **IZVOD IZ REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA ZA OVERAVANjE MERILA**

## **IV ODOBRENJE TIPA MERILA**

Vrste merila za koja je obavezno izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila, propisane su Pravilnikom o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ("Službeni glasnik RS", broj 37/21 i 84/22).

| R. br. | VRSTE MERILA   |
|--------|--|
| 1.     | drumske i železničke cisterne sa merenjem nivoa                                |
| 2.     | automatska merila nivoa tečnosti   |
| 3.     | merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila                        |
| 4.     | manometri za merenje pritiska u pneumaticima                                   |
| 5.     | merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila                             |
| 6.     | etilometri   |
| 7.     | vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica                                  |
| 8.     | analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu                                |
| 9.     | elektronska merila gustine   |
| 10.    | refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga                          |
| 11.    | opacimetri   |
| 12.    | brojila električne energije klase 0,2s i brojila reaktivne električne energije |
| 13.    | merila brzine vozila u saobraćaju  |

## **V SERTIFIKACIJA MERILA**

Direkcija, kao imenovano telo I 045, u skladu sa Rešenjem o imenovanju, vrši uslugu ocenjivanja usaglašenosti za sledeće vrste merila čiji su zahtevi propisani važećim Pravilnikom o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 3/18) i Pravilnikom o neautomatskim vagama („Službeni glasnik RS”, broj 29/18):

- vodomeri predviđeni za merenje zapremine čiste, hladne ili zagrejane vode za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-001 Pravilnika o merilima);
- gasomeri i uređaji za konverziju zapremine, predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-002 Pravilnika omerilima);
- brojila aktivne električne energije, predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-003 Pravilnika omerilima);
- merila toplotne energije, predviđena za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-004 Pravilnika o merilima);
- merni sistemi namenjeni za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-005 Pravilnika o merilima);
- automatske vase (automatske vase, automatska vaga za pojedinačno merenje, automatska kontrolne vase, automatske vase sa etiketiranjem, automatske vase sa etiketiranjem vrednosti izmerene mase i cene, automatske dozirne vase, automatske vase sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, automatske vase sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja, automatske vase za merenje mase šinskih vozila u pokretu) (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-006 Pravilnika o merilima);
- taksimetri (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-007 Pravilnika o merilima);
- materijalizovane mere (materijalizovane mere dužine, ugostiteljske posude) (posebni zahtevi

- propisani u prilogu MI-008 Pravilnika o merilima);
- merila dimenzija (merila dužine, merila površine, merila više dimenzija) (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-009 Pravilnika o merilima);
- analizatori izduvnih gasova (analizatori izduvnih gasova), (posebni zahtevi propisani u prilogu MI-010 Pravilnika o merilima);
- neautomatske vase i komponente neautomatskih vaga (Pravilnik o neautomatskim vagama).

## VI KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Na osnovu Zakona o predmetima od dragocenih metala („Službeni glasnik RS“, 47/21), Direkcija za mera i dragocene metale, na zahtev proizvođača, uvoznika ili zastupnika proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i vlasnika predmeta od dragocenih metala i drugih pravnih subjekata, obavlja sledeće usluge:

| KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA   |   |
|--|---|
| USLUGA   | KOME JE NAMENjENA   |
| Utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala i donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala | Proizvođačima predmeta od dragocenih metala, tj. privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje delatnosti proizvodnje predmeta od dragocenih metala u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata |
| Utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje znaka uvoznika predmeta od dragocenih metala i donošenje rešenja o znaku uvoznika predmeta od dragocenih metala.      | Uvoznicima predmeta od dragocenih metala, tj. privrednim subjektima koji su registrovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata   |
| Utvrđivanje uslova koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za žigosanje predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika  | Proizvođačima ili uvoznicima predmeta od dragocenih metala, koji žele da se ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala vrši u njihovim poslovnim prostorijama  |
| Utvrđivanje finoće metodama kvant. hemijskih analiza:<br>- dragocenih metala (zlata i srebra);<br>- legura dragocenih metala<br>- predmeta od dragocenih metala.   | Proizvođačima, uvoznicima ili zastupnicima proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i imaočima predmeta u svojini građana i drugim subjektima   |
| Ispitivanje sastava i finoće probnih igala oddragocenih metala   | Proizvođačima predmeta od dragocenih metala   |

|  |   |
|--|---|
| Ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala (platina, zlato, paladijum, srebro)                | Proizvođačima, uvoznicima ili zastupnicima proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i imaočima predmeta u svojini građana i drugim subjektima |
| Žigosanje predmeta od dragocenih metala žigom Konvencije za dragocene metale (Common Control Mark - SSM) | Proizvođačima predmeta od dragocenih metala – za predmete koji su namenjeni izvozu u države koje priznaju SSM                                       |
| Upisivanje u Registar otkupljivljča (RO) i donošenje rešenja o upisu u RO                                | Privrednim subjektima koji su registrovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata                                   |
| Donošenje rešenja o izmeni/dopuni rešenja o upisu u RO   | Privrednim subjektima upisanim u Registar otkupljivača  |
| Donošenje rešenja o brisanju iz RO i brisanje iz RO  | Privrednim subjektima upisanim u Registar otkupljivača  |

## VII STRUČNA MIŠLJENJA

U okviru svojih nadležnosti i Zakona o metrologiji "Službeni glasnik RS" 15/2016, Zakona o predmetima od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 47/21 Zakona o računanju vremena "Službeni list SCG", 20/2006, a po zahtevu zainteresovanih strana Direkcija za mere i dragocene metale izdaje stručna mišljenja.

## VIII OVLAŠĆIVANJE

U skladu sa Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) Direkcija za mere i dragocene metale obavlja i poslove ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila.