



ИСКУСТВА ИЗ НАДЗОРА НАД ОВЛАШЋЕНИМ ТЕЛИМА

Драгутин Вељковић
dragutinveljkovic@dmmdm.rs



Надзор над ОТ

- Надзор над ОТ пре све обухвата:
 - Административне-редовне надзоре
 - Ненајављене надзоре
 - Контролне прегледе
 - Анализа и праћење ЕОТ образаца.
 - Ванредне надзоре



Надзор над ОТ у 2015. години

- У 2015. години обављено је **386** надзора.
- Од тога:
 - **124** редовних (административних) надзора
 - **231** ненајављених надзора
 - **26** контр. прегледа над овереним мерилима
 - **5** ванредних надзора
 - Евидентирано **12** неправилности и све отклоњене у задатом року



Неправилности у раду ОТ

- Непоштовање планова рада
- Нетачни подаци у плановима рада
- Нередовно слање **ЕОТ** образаца- за поједина ОТ опомене док не пошаљу
- Одустајање од прегледа мерила због појаве надзора
- Планови оверавања **данас** за **данас**
- Већи проценат одбијања оверавања мерила у присуству надзора
- Уз присуство надзора, одбијена оверавања стационарних мерила, чак и оних које матична фирма припремила и сервисирала



Неправилности у раду ОТ

- Неадекватна примена и рад који није у складу са метролошким упутствима за преглед мерила
- Оверена мерила на којима нису одговарајући натписи и ознаке у складу са Решењем о одобрењу типа мерила
- Стављање жигова није извршено у складу са Решењем о одобрењу типа



Неправилности у раду ОТ

- мерила оверена неодговарајућим жиговима.
- Нека овлашћена тела не уписују у записнике ново постављене, а ни скинуте жиг налепнице (Правилник о оверавању мерила, чл. 10, Сл.гласник РС, бр.1/2012)
- непостојање евиденције нити реверса о задужењима својих контролора државним жиговима у ОТ



Предузете мере у 2015.

- Овлашћеним телима је послато **12** дописа у којима су наведене њихове неправилности-**све отклоњене**
- Упућено **76** мејлова упозорења на начин рада и препорука о начину рада (без консултација у вези годишњих извештаја)
- Повећан број редовних-административних надзора (резултат је евидентан)
- Одржани састанци са овлашћеним телима за:
 - *оверавање мерила масе
 - *оверавање бројила електричне енергије и МТ



Предузете мере у 2015.

*Мерила за мерење количине ТГ и ТНГ, резервоара, мерних система, аутоматских мерила нивоа течности и мерних летви

*мерила топлотне енергије, РЈ и водомера

*обука за оверавање вага у складу са стандардом СРПС 45501: 2009



Опште напомене

- Многа ОТ на терену немају јасно раздвојен сервис и припрему мерила од оверавања
- рад викендом
- кадар ОТ недовољно обучен, мањим делом што се тиче начина прегледа, а највећим делом из познавања општих прописа (ЗОМ и подзаконски акти).
- проблем одлазака техничких руководиоца и контролора и њихова замена- чл.11 Закона о метрологији сл гласник бр.30/2010 РС (испуњен. прописаних услова)



Искуства у 2015.

- На дан 31.12.2015.год. Овлашћење за оверавање мерила имало је 73 ОТ
- Министарство привреде овластило још 8 нових Овлашћених тела
- Два овлашћена тела под суспензијом на сопствени захтев
- Два овлашћена тела добила принудну суспензију акредитације



Искуства у 2015.

- 12 овлашћених тела је укинуто (и 5 центара ЕПС-а због реорганизације)



Хвала на пажњи!